Jeringa para insulina Ultra-Fine™ Jeringa para insulina Ultra-Fine™ 1 mL

Jeringa para insulina Ultra-Fine™ 1 mL Aguja longitud 6mm (15/64") Calibre 0.25 mm(31G)

| CARACTERÍSTICAS | | |
|---|--|---|
| Descripción | Jeringa estéril, no tóxica, no reutilizable, con aguja de acero inoxidable de 6 mm x 31 G de pared delgada, tribiselada, lubricada y adherida de forma permanente al tambor de la jeringa. | |
| | Dispositivo médico elaborado en polipropileno y acero inoxidable grado médico, doble tapón que garantiza | |
| | esterilidad, de 1 mL x 6mm x 31G. | |
| Especificaciones | Color de Cilindro | Claro |
| | Material del Cilindro | Polipropileno |
| | Lubricante del Cilindro | Silicón grado médico |
| | Pabellón | Polipropileno |
| | Adhesivo | Adhesivo de curado UV o epóxy |
| | Embolo | Poliestireno |
| | Pistón | Poliisoprenol – caucho SRB |
| | Funda | Polietileno Virgen |
| | Cánula | Acero inoxidable |
| | Lubricante de la cánula | Silicón grado médico |
| | Aguja | Integrada a la jeringa 31 G |
| | Gauge de la aguja Largo de la aguja (pulgadas) | 15/64" |
| | Largo de la aguja (pulgadas) | 6 mm |
| | Ingeniería de la punta de la aguja | Triple bisel |
| | Pared de la aguja | Delgada |
| | Capacidad de la jeringa | 1 mL |
| | Escala de la jeringa | 2 en 2 UL Nítida e imborrable |
| | Esterilidad | Producto esterilizado |
| | Modo de esterilización | Radiación Gamma |
| | Técnica de esterilización | Cobalto 60 |
| | Libre de látex | Sí |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenamiento temperatura ambiente. | |
| | | (palets americanos, 36" x 48") con un máximo de 8 capas de cargadores de |
| | altura (14 cargadores/cap | pa) |
| Vida útil a partir de su fabricación | 5 años siempre y cuando el empaque encuentre íntegro y libre de humedad. | |
| Instrucciones de uso | Para exponer el émbol | o , gire el tapón blanco rompiendo el sello de seguridad y retírelo. |
| | 2. Para exponer la aguja , gire la tapa naranja, rompiendo el sello de seguridad. Retírelo de | |
| | una sola vez y tenga cuidado para no causar ningún daño en la aguja. | |
| | | correcta: Empuje el émbolo hacia la punta de la jeringa. Hale el |
| | | entamente, alineando la línea negra delgada hasta el número de |
| | unidades deseadas en | |
| | Use la jeringa una sola vez . No es recomendable su reuso, para prevenirlo descarte la jeringa y la | |
| | aguja después de la inyección. | |
| | A los pacientes que mezclan dos tipos de insulina se les recomienda: | |
| Precauciones | | |
| | a. No cambiar el orden de la mezcla que el médico haya prescrito. | |
| | b. No cambiar el modelo y marca de jeringa o aguja sin consultar primero a su médico. | |
| | Producto esteril, siempre y cuar | ndo los protectores de la aguja y el embolo no hayan sido removidos. |



Referencia: 324918

Presentación: Caja x 100 unidades conteniendo 10 bolsas con 10 unidades

