

FICHA TÉCNICA BOLSA ESTÉRIL DE ORINA A4 CON GANCHO INCORPORADO

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Bolsa recolectora estéril de orina con válvula antirreflujo, graduada 2lt. y gancho incorporado
Nombre Comercial	A4 bolsa de orina estéril con gancho incorporado
Descripción	Bolsa recolectora de orina básica, estéril, graduada, flexible, transparente en una de sus caras, 2 lts. de capacidad y extensión del tubo de 120cms. Con sistema de colgador tipo gancho con dos puntos de apoyo laterales y uno central que fija la sonda evitando que se acode. Con válvula con seguridad en el cierre para drenaje de orina. Con válvula antirreflujo integrada al conector que previene las infecciones urinarias. Con puerto toma de muestra de orina sin utilización de aguja (sistema kombikon).
Marca	ConvaTec
Composición del Producto	Bolsa recolectora de polivinyl clorhidrato, contiene DEHP, libre de látex. Esterilizado por Oxido de Etileno. Vida media de 5 años.
Características y Beneficios del Producto	• Toma de muestras sin utilización de aguja, evitando accidentes cortopunzantes en el equipo de Enfermería. Pruebas in vitro han demostrado que se pueden tomar hasta 10 muestras de orina sin contaminación. • Válvula antirreflujo, elimina el riesgo de contaminación ascendente, en traslados o procedimientos donde se manipula la bolsa de orina, llegando a la altura o sobre la cadera del paciente. • Con gancho colgador con dos puntos de apoyo laterales y uno central que fija la sonda evitando que se acode. • Clamp de cierre para el tubo de 120 cms.
Indicaciones	Paciente con indicación de catéter urinario a permanencia.
Recomendaciones de Uso	Utilización de técnica aséptica en la conexión del tubo de la bolsa recolectora a catéter urinario.
Certificaciones	CE-Marking : Si (CE 0086) Clasificación de product : Class 1 (EU) Sistema de certificación de calidad : ISO 13485 Nomenclatura Global de insumo médico (GMDN):58921

FORMATO DE CALIFICACIÓN

Bolsa de orina A4 con gancho incorporado

(Calificación de 1 a 5) 5=Muy bueno 4=Bueno 3=Regular 2=Deficiente 1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSTITUCIÓN

Concepto Técnico					
Facilidad de instalación.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Facilidad para colgar bolsa.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Extensión adecuada del tubo.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Seguridad de válvula antirreflujo.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Facilidad de vaciado.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Seguridad en la toma de muestra de orina.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Comodidad para el Paciente.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Presentación.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Calidad.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Empaque.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Servicio de Asesoría Profesional.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					