

Fecha Elaboración : 31/03/2023 - Fecha Vencimiento : 31/03/2025

LOTE: 23092

Código LAB: 03/24

Fecha Análisis: 03/04/2023

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

DETERGENTE PENTA ENZIMÁTICO REMOVEDOR DE BIOFILM

PARAMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
ASPECTO	LÍQUIDO SEMITRANSARENTE, COLOR CELESTE, INODORO	CUMPLE
DENSIDAD APARENTE	1.0 $\pm$ 0.10 grs./cc	1,1 grs./cc
PH (SOL.1%)	6.5 – 7.5 $\pm$ 0.5	7
% TENSO ACTIVOS	14 - 15	15,2 %
IDENTIFICACIÓN ENZIMAS	POSITIVA	POSITIVA
NIVEL DE ESPUMA (Soluc 1%)	15-20 mL Bajo	CUMPLE

OBSERVACIÓN: Producto CUMPLE

Q.F. Maria del Carmen Santos D.