## INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS - INTA





atecnica@inta.uchile.cl - (56-2) 2978 1404 / 2978 1528 / 2978 1556 / 2978 1593 Av. El Líbano 5524, Macul, Santiago, Chile / <u>www.dinta.cl</u> – <u>www.inta.cl</u>

jueves, 06 de julio de 2017

## **INFORME ANÁLISIS N°618**

CLIENTE : Ferrer Chile S.A.

DIRECCIÓN CLIENTE : Isidora Goyenechea #2934 Of. 302. Las Condes

ENVIADO POR : Jaime Valle FECHA DE INGRESO : 04/07/2017 TEMPERATURA DE RECEPCIÓN : Ambiente

TIPO DE MUESTRA : Envase original hermético

MUESTREADO POR : Cliente

ANÁLISIS SOLICITADO : Determinación de gluten

Muestra	Presentación	Fecha vencimiento	Lote	Código	Gluten ppm
Atemperator. Ácido Valproico 200mg Recalcine	Caja 30 comprimidos	12 2018	L 151718	F1	<3
Atemperator. Ácido Valproico 200mg Recalcine	Caja 30 comprimidos	02 2019	В 160177	F2	<3

Elisa Sándwich R5 ELISA. Aceptado AOAC-OM

Certificado AOAC-RI (120601)

Gluten Método del Codex Alimentario (Tipo I)

Límite de cuantificación 5mg/kg Límite de detección 3mg/kg

TOP TOP TO THE PARTY OF THE PAR

Dra. Amaya Oyarzún A.

Jefe de laboratorio

INTA – Universidad de Chile

Los resultados son válidos sólo para la muestra analizada y suministrada por el cliente. Se autoriza sólo el uso técnico de estos resultados, cualquier otro uso debe ser convenido con el INTA. En caso que el cliente requiera una repetición del análisis o análisis adicional, deberá emitir una nueva orden de servicio. La muestra será descartada después de 60 días a partir de la fecha de recepción.