



La salud
es de todos

Ministerio de Salud y Protección Social

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020008871 DE 6 de Marzo de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

EXPEDIENTE: 226478

RADICACIÓN: 20201035121

FECHA: 21/02/2020

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2019DM-0002175-R2

VIGENCIA: 20/12/2029

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2019058215 de 20 de Diciembre de 2019, el INVIMA concedió RENOVAR el Registro Sanitario No. INVIMA 2019DM-0002175-R2, para el producto VENOUS CANNULAE / CÁNULA VENOSA, a favor de MEDTRONIC INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante escrito número 20201035121 radicado el 21/02/2020, la Doctora RUBIELA ARIAS DE FAJARDO, actuando en calidad de Apoderada de la empresa MEDTRONIC INC., presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICION Y EXCLUSION DE ACONDICIONADOR.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

En consecuencia este Instituto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2019058215 de 20 de Diciembre de 2019, que concedió Registro Sanitario número INVIMA 2019DM-0002175-R2 a favor de MEDTRONIC INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para el producto VENOUS CANNULAE / CÁNULA VENOSA en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR:**

ADICION DE REFERENCIAS DEL PRODUCTO, QUEDANDO:

58517 DLP® Venous Cannula, Femoral, 3/8" Non-Vented Connector, 17 Fr
58521 DLP® Venous Cannula, Femoral, 3/8" Non-Vented Connector, 21 Fr
96328 DLP® Femoral Venous Cannula, 3/8" Connection Site, 28 Fr
96428 DLP® Femoral Venous Cannula, 3/8" Non-Vented Connector, 28 Fr.
CB58517 DLP® Venous Cannula, Femoral, 3/8" Non-Vented Connector, 17 Fr.
CB58521 DLP® Venous Cánula, Femoral, 3/8" Non-Vented Connector, 21 Fr.
CB96328 DLP® Femoral Venous Cannula, 3/8" Connection Site, 28 Fr.
CB96428 DLP® Femoral Venous Cannula, 3/8" Non-Vented Connector, 28 Fr.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

Pagina 1 de 2

Oficina Principal:
Administrativo:

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 202008871 DE 6 de Marzo de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

ARTICULO CUARTO: Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 6 de Marzo de 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: agonzalezr, Técnico: Igranadosb

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

10 MAR 2020

ESTE DOCUMENTO ES FIEL
COPIA DEL QUE REPOSA EN
EL ARCHIVO DE ESTA ENTIDAD

Firma válida

Firmado digitalmente por
LUCIA AYALA
RODRIGUEZ
Fecha: 2020.03.09
08:48:14 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C.,
Colombia

Pagina 2 de 2

Ministerio de Salud y Protección Social
Oficina Principal: Bogotá D.C.
Administrativo: Bogotá D.C.
www.invima.gov.co

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



La salud
es de todos

Minsalud

Bogotá D.C.,

ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL

En la fecha se notificó personalmente al Señor(a) ERIKA CONSTANZA
CORTES ARIAS identificado(a) con Cedula Ciudadanía N°
65.765.323 expedida en IBAGUE, en calidad de
AUTORIZADA, con tarjeta Profesional N° _____, con el fin de
notificarse de la Resolución N° 2020006671 del 6/03/2020

Se le entregó una copia auténtica del mencionado Acto Administrativo, en 2 folios
haciéndole (s) saber que, en caso de inconformidad contra la presente providencia,
puede (n) interponer los recursos de Reposición y/o Apelación ante el Director Técnico
Correspondiente del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Invima, de estos recursos podrán hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a
la notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

Notificado:

Firma: Erika Cortes Arias

C.C. 65765323 DE IBAGUE

Notificador:

Firma: _____

Código:

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(t) 2949700
www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019058215 DE 20 de Diciembre de 2019

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

LA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 010334 del 03/06/1998, el INVIMA concedió Registro Sanitario No V003372, para el producto VENUS CANNULAE INDEX REF, A FAVOR DE LA MEDTRONIC INC. CON DOMICILIO EN MINNEAPOLIS- Mn., EEUU, EN LA MODALIDAD DE IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Resolución No. 2008021983 del 13/08/2008, el INVIMA concedió RENOVACION al Registro Sanitario No. INVIMA 2008DM-0002175-R1, para el producto VENOUS CANNULAE INDEX MEDTRONIC - DLP - VC2 - MC2 - MC2X ULTRAFLEX, A FAVOR DE MEDTRONIC INC. con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN LA MODALIDAD IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante escrito número 20181110094 de fecha 01 de junio de 2018, la Doctora RUBIELA ARIAS DE FAJARDO en calidad de Apoderada de la empresa MEDTRONIC INC, presenta solicitud de Renovación del Registro Sanitario del producto VENOUS CANNULAE INDEX MEDTRONIC - DLP - VC2 - MC2 - MC2X ULTRAFLEX, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante escrito número 20181116686 de fecha 13 de junio de 2018, la Doctora RUBIELA ARIAS DE FAJARDO, actuando en calidad de Apoderada de la Sociedad MEDTRONIC INC., presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario, en el sentido de ADICIONAR IMPORTADOR, EXCLUIR IMPORTADOR, y ADICIONAR ACONDICIONADOR.

Que mediante auto No. 2019001661 de fecha 25 de febrero de 2019, se informa al interesado que una vez revisado el expediente y para continuar con el trámite solicitado debe cumplir con el siguiente requerimiento:

1. *"Allegar Certificado de venta libre y/o Declaración de Conformidad emitida por el fabricante donde aparezca el nombre principal y el nombre genérico del producto de tal forma que concuerde con el registrado en el formulario de solicitud de Registro Sanitario Nuevo, toda vez que en el CVL aportado solo aparece registrado el nombre principal del producto, más no el nombre genérico.*
2. *Allegar descripción del producto que incluya componentes y composición de tal manera que concuerde con lo registrado en el formulario de solicitud, además que incluya advertencias relacionadas con el dispositivo.*
3. *Allegar los estudios de estabilidad completos emitidos por el fabricante que permitan validar la vida útil declarada del dispositivo (36 meses) registrada en el formulario de solicitud, toda vez que solo aportan un resumen de los estudios de estabilidad, pero en estos no se concluye la vida útil.*
4. *Allegar sticker del importador donde aparezca el nombre principal y el nombre genérico del producto, toda vez que el aportado no incluye el nombre genérico.*
5. *Allegar el análisis de riesgo emitido por el fabricante donde se mencionen los riesgos detectados durante el diseño y manufactura, causas, severidad, ocurrencia y soluciones planteadas para la mitigación de cada uno de ellos, todo traducido al español, toda vez que lo allegado se encuentra en idioma inglés. Lo anterior en cumplimiento con el Artículo 18 literal j) del Decreto 4725 de 2005.*
6. *Allegar declaración del fabricante indicando la trazabilidad que se le ha realizado a la acción correctiva de campo reportada y las medidas tomadas al respecto para la mitigación de la misma. Lo anterior en cumplimiento con el Artículo 29 literal a) del Decreto 4725 de 2005.*
7. *Allegar estudios clínicos realizados en pacientes para demostrar la seguridad y efectividad del dispositivo médico, estudios que deben estar publicados en revistas indexadas, traducidos al español, toda vez que la información aportada en este ítem corresponde a una evaluación clínica del producto y un resumen de la revisión bibliográfica pero no aporta los estudios completos. Esto para dar cumplimiento al Art 18 literal k del Decreto 4725 de 2005. Estos estudios clínicos pueden ser de tecnologías similares."*

Que mediante radicado No. 20191130738 de fecha 10 de Julio de 2019, la Doctora RUBIELA ARIAS DE FAJARDO en calidad de apoderada de la empresa MEDTRONIC INC., allegó respuesta al Auto No. 2019001661 de fecha 25 de febrero de 2019.

Que mediante escrito número 20191137801 de fecha 19 de Julio de 2019, la Doctora RUBIELA ARIAS DE FAJARDO en calidad de apoderada de la empresa MEDTRONIC INC., allegó alcance a la solicitud de Renovación

Página 1 de 8

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Calle 100 No. 26-1000
Administrativo: Calle 100 No. 26-1000
Bogotá D.C.
www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019058215 DE 20 de Diciembre de 2019

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

LA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

con radicado No. 20181110094 en el sentido de presentar adición y exclusión de acondicionador, en calidad de anexo al expediente.

Que mediante escrito número 20191138820 de fecha 22 de julio de 2019, la Doctora RUBIELA ARIAS DE FAJARDO en calidad de apoderada de la empresa MEDTRONIC INC., allegó alcance al radicado 2019113781, en el sentido de presentar adición y exclusión de acondicionador, en calidad de anexo al expediente.

Que mediante escrito número 20191226837 de fecha 18 de noviembre de 2019, la Doctora RUBIELA ARIAS DE FAJARDO en calidad de apoderada de la empresa MEDTRONIC INC., allegó alcance al radicado 2019113781, en el sentido de presentar adición y exclusión de acondicionador, en calidad de anexo al expediente.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez estudiada la documentación allegada mediante radicado No. 20191130738 como respuesta al Auto No. 2019001661 de fecha 25 de febrero de 2019, la respuesta es SATISFACTORIA, por cuanto allega formulario corregido en el cual se evidencia que el nombre del producto es completamente coincidente con el Certificado de Venta Libre y el nombre genérico corresponde a la traducción del nombre comercial; aporta documento de descripción de producto en el cual se evidencia la información de componentes y su composición, al igual que las advertencias del producto objeto del trámite; allega estudios de estabilidad que permiten validar la vida útil de 3 años para las cánulas venosas sin recubrimiento y de 2 años para las cánulas venosas con recubrimiento, información la cual también se ve reflejada en el formulario corregido; allega Sticker de importador en el cual se evidencia tanto el nombre comercial como genérico del producto; aporta análisis de riesgos del dispositivo objeto del trámite en el cual se evidencian los riesgos detectados durante el diseño y manufactura, causas, severidad, ocurrencia y soluciones planteadas para la mitigación de cada uno de ellos, allega documentación emitida por el fabricante en la cual se da claridad respecto al requerimiento del numeral 6 del Auto en mención, evidenciando la gestión realizada respecto a un reclamo del dispositivo, encontrando en estado; "cerrado – terminado" por cuanto se ha realizado la acción correctiva de campo y aporta publicaciones en revistas indexadas correspondientes a estudios clínicos realizados en pacientes para demostrar la seguridad y efectividad del producto objeto del trámite, de un alto nivel de evidencia.

Es importante mencionar que en el formulario aportado mediante radicado No. 20191226837 se evidencia que la información respecto a la composición del producto es coincidente con el documento aportado por el fabricante y se verifica que los acondicionadores relacionados en las radicaciones 20191138820 y 20191226837 se encuentran aprobados por este Instituto.

Es pertinente mencionar, que en adelante las etiquetas de importador deben contener la nomenclatura correspondiente a la Renovación así: **Registro Sanitario No. INVIMA 2019DM-0002175-R2**, so pena de quedar sujeto a las medidas sanitarias pertinentes, en el evento de una visita de Inspección, Vigilancia y Control, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del Decreto 4725 de 2005 que cita:

***“Artículo 65. Competencia.** El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, en coordinación con las Direcciones Departamentales o Distritales de Salud, de acuerdo con sus competencias, ejercerá las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario y aplicará las medidas de prevención y correctivas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto, de igual forma, tomarán las medidas sanitarias de seguridad y adelantarán los procedimientos y aplicarán las sanciones que se deriven de su incumplimiento.
(...)”.*

Que el interesado allegó la respectiva documentación técnico – legal para acceder a la renovación del mencionado registro y, en consecuencia, LA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de 10 años al PRODUCTO: VENOUS CANNULAE / CÁNULA VENOSA

Página 2 de 8

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Oficina Principal: Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.
Administrativo: Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.
Teléfono: +57 (0)1 494 4000
www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019058215 DE 20 de Diciembre de 2019

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

LA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

MARCA(S): DLP, VC2™, MC2 MC2X™, MEDTRONIC
REGISTRO SANITARIO No.: INVIMA 2019DM-0002175-R2
TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES): MEDTRONIC INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
FABRICANTE(S): MEDTRONIC MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. con domicilio en MEXICO;
VENTION MEDICAL COSTA RICA S.A con domicilio en COSTA RICA;
MEDTRONIC INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
MEDTRONIC PERFUSION SYSTEMS con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
VENTION MEDICAL INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
IMPORTADOR(ES): MEDTRONIC COLOMBIA S.A con domicilio en BOGOTÁ - D.C.
ACONDICIONADOR(ES): BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA SL LTDA. con domicilio en BOGOTÁ - D.C.;
BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA SL LTDA (BOMI) con domicilio en COTA - CUNDINAMARCA
TIPO DE DISPOSITIVO: INVASIVO
RIESGO: III
COMPOSICIÓN: **CANÚLA SIN RECUBRIMIENTO:** CLORURO DE POLIVINILO (PVC), ACRILICO, ACERO INOXIDABLE, TINTA AZUL, ADHESIVE DE PVC: UNA MEZCALA DE CICLOHEXANONA, TETRAHIDROFURANO Y PVC
ACCESORIOS: POLIETILENO (ACCESORIO - NO RECUBIERTO),
RECUBRIMIENTO. (SUPERFICIE BIOACTIVE DE CORTIVA TM (CONTIENE HEPARINA)
USOS: ESTAS CÁNULAS SE PRETENDEN PARA USO EN DRENAJE VENOSO POR MEDIO DE LA AURÍCULA DERECHA Y LA VENA CAVA INFERIOR DE FORMA SIMULTÁNEA DURANTE CIRUGÍA DE BYPASS CARDIOPULMONAR HASTA SEIS HORAS O MENOS.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: CAJA DE CARTÓN CONTENIENDO UNA BANDEJA TERMOFORMADA CONTENIENDO UNA UNIDAD DEL DISPOSITIVO MÉDICO. Caja x1, Caja x10, Caja x 20, Caja x 25
OBSERVACIONES: ESTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

FAMILIA DE LA REFERENCIA-CÓDIGO -DESCRIPCIÓN

CANULAS VENOSAS_67312-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLE METAL TIP, 1/4" CONN. SITE, 12 FR
CANULAS VENOSAS_67314-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLE METAL TIP, 1/4" CONN. SITE, 14 FR
CANULAS VENOSAS_67316-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLE METAL TIP, 1/4" CONN. SITE, 16 FR
CANULAS VENOSAS_67318-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLE METAL TIP, 1/4" CONN. SITE, 18 FR
CANULAS VENOSAS_67320-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLE METAL TIP, 1/4" CONN. SITE, 20 FR
CANULAS VENOSAS_69312-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED HIGH FLOW, 3/8" CONN. SITE, 12 FR
CANULAS VENOSAS_69314-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED HIGH FLOW, 3/8" CONN. SITE, 14 FR
CANULAS VENOSAS_69316-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED HIGH FLOW, 3/8" CONN. SITE, 16 FR
CANULAS VENOSAS_69318-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED HIGH FLOW, 3/8" CONN. SITE, 18 FR
CANULAS VENOSAS_69320-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED HIGH FLOW, 3/8" CONN. SITE, 20 FR
CANULAS VENOSAS_69322-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED HIGH FLOW, 3/8" CONN. SITE, 22 FR
CANULAS VENOSAS_69324-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED HIGH FLOW, 3/8" CONN. SITE, 24 FR
CANULAS VENOSAS_69328-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED HIGH FLOW, 3/8" CONN. SITE, 28 FR

Página 3 de 8



La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019058215 DE 20 de Diciembre de 2019
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

LA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

CANULAS VENOSAS_69331-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED HIGH FLOW, 3/8" CONN. SITE, 31 FR
CANULAS VENOSAS_69424-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED EXTENDED TIP, 3/8" CONN. SITE, 24 FR
CANULAS VENOSAS_69428-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED EXTENDED TIP, 3/8" CONN. SITE, 28 FR
CANULAS VENOSAS_69431-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED EXTENDED TIP, 3/8" CONN. SITE, 31 FR
CANULAS VENOSAS_CB67312-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLE METAL TIP, 1/4" CONN. SITE, 12 FR
CANULAS VENOSAS_CB67314-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLE METAL TIP, 1/4" CONN. SITE, 14 FR
CANULAS VENOSAS_CB67316-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLE METAL TIP, 1/4" CONN. SITE, 16 FR
CANULAS VENOSAS_CB67318-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLE METAL TIP, 1/4" CONN. SITE, 18 FR
CANULAS VENOSAS_CB67320-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLE METAL TIP, 1/4" CONN. SITE, 20 FR
CANULAS VENOSAS_CB69312-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED HIGH FLOW, 3/9" CONN. SITE, 12 FR
CANULAS VENOSAS_CB69316-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED HIGH FLOW, 3/8" CONN. SITE, 16 FR
CANULAS VENOSAS_CB69320-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED HIGH FLOW, 3/8" CONN. SITE, 20 FR
CANULAS VENOSAS_CB69322-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED HIGH FLOW, 3/8" CONN. SITE, 22 FR
CANULAS VENOSAS_CB69324-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED HIGH FLOW, 3/8" CONN. SITE, 24 FR
CANULAS VENOSAS_CB69328-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED HIGH FLOW, 3/8" CONN. SITE, 28 FR
CANULAS VENOSAS_CB69331-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED HIGH FLOW, 3/8" CONN. SITE, 31 FR
CANULAS VENOSAS_CB69428-DLP® VENOUS CANNULA, RIGHT ANGLED EXTENDED TIP, 3/8" CONN. SITE, 28 FR
CANULAS VENOSAS_66112-DLP® VENOUS CANNULA, SINGLE STAGE, STRAIGHT TIP, 1/4" CONN. SITE, 12 FR
CANULAS VENOSAS_CB66112-DLP® VENOUS CANNULA, SINGLE STAGE, STRAIGHT TIP, 1/4" CONN. SITE, 12 FR
CANULAS VENOSAS_66114-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 1/4" CONN. SITE, 14 FR
CANULAS VENOSAS_CB66114-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 1/4" CONN. SITE, 14 FR
CANULAS VENOSAS_66116-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 1/4" CONN. SITE, 16 FR
CANULAS VENOSAS_CB66116-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 1/4" CONN. SITE, 16 FR
CANULAS VENOSAS_66118-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 1/4" - 3/8" CONN. SITE, 18 FR
CANULAS VENOSAS_CB66118-CB66118_DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 1/4" - 3/8" CONN. SITE, 18 FR
CANULAS VENOSAS_66120-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 1/4" - 3/8" CONN. SITE, 20 FR
CANULAS VENOSAS_CB66120-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 1/4" - 3/8" CONN. SITE, 20 FR
CANULAS VENOSAS_66122-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 1/4" - 3/8" CONN. SITE, 22 FR
CANULAS VENOSAS_CB66122-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 1/4" - 3/8" CONN. SITE, 22 FR
CANULAS VENOSAS_66124-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 1/4" - 3/8" CONN. SITE, 24 FR
CANULAS VENOSAS_CB66124-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 1/4" - 3/8" CONN. SITE, 24 FR
CANULAS VENOSAS_66126-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 3/8" CONN. SITE, 26 FR
CANULAS VENOSAS_CB66126-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 1/4" - 3/8" CONN. SITE, 26 FR
CANULAS VENOSAS_66128-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 3/8" CONN. SITE, 28 FR
CANULAS VENOSAS_CB66128-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 3/8" CONN. SITE, 28 FR

Página 4 de 8



La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019058215 DE 20 de Diciembre de 2019

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

LA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

CANULAS VENOSAS_66130-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 3/8" CONN. SITE, 30 FR
CANULAS VENOSAS_CB66130-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 3/8" CONN. SITE, 30 FR
CANULAS VENOSAS_66132-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 3/8" CONN. SITE, 32 FR
CANULAS VENOSAS_CB66132-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 3/8" CONN. SITE, 32 FR
CANULAS VENOSAS_66134-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 3/8" CONN. SITE, 34 FR
CANULAS VENOSAS_CB66134-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 1/2" CONN. SITE, 36 FR
CANULAS VENOSAS_66136-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 1/2" CONN. SITE, 36 FR
CANULAS VENOSAS_CB66136-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 1/2" CONN. SITE, 40 FR
CANULAS VENOSAS_66140-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 1/2" CONN. SITE, 40 FR
CANULAS VENOSAS_CB66140-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 1/2" CONN. SITE, 40 FR
CANULAS VENOSAS_66236-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 3/8" CONN. SITE, 36 FR
CANULAS VENOSAS_CB66236-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 3/8" CONN. SITE, 36 FR
CANULAS VENOSAS_66238-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 3/8" CONN. SITE, 38 FR
CANULAS VENOSAS_CB66238-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 3/8" CONN. SITE, 38 FR.
CANULAS VENOSAS_66240-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 3/8" CONN. SITE, 40 FR
CANULAS VENOSAS_CB66240-DLP® VENOUS CANNULA, SS, STRAIGHT TIP, 3/8" CONN. SITE, 40 FR
CANULAS VENOSAS_67512-DLP® VENOUS CANNULA, SINGLE STAGE, ANGLED TIP, 1/4" CONN. SITE, 12 FR
CANULAS VENOSAS_67514-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 1/4" CONN. SITE, 14 FR
CANULAS VENOSAS_67516-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 1/4" CONN. SITE, 16 FR
CANULAS VENOSAS_67518-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 1/4" - 3/8" CONN. SITE, 18 FR
CANULAS VENOSAS_67520-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 1/4" - 3/8" CONN. SITE, 20 FR
CANULAS VENOSAS_67522-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 1/4" - 3/8" CONN. SITE, 22 FR
CANULAS VENOSAS_67524-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 1/4" - 3/8" CONN. SITE, 24 FR
CANULAS VENOSAS_67526-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 3/8" CONN. SITE, 26 FR
CANULAS VENOSAS_67528-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 3/8" CONN. SITE, 28 FR
CANULAS VENOSAS_67530-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 3/8" CONN. SITE, 30 FR
CANULAS VENOSAS_67532-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 3/8" CONN. SITE, 32 FR
CANULAS VENOSAS_67534-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 3/8" CONN. SITE, 34 FR
CANULAS VENOSAS_67536-DLP® VENOUS CANNULA, SINGLE STAGE, ANGLED TIP, 1/2" CONN. SITE, 36 FR
CANULAS VENOSAS_67540-DLP® VENOUS CANNULA, SINGLE STAGE, ANGLED TIP, 1/2" CONN. SITE, 40 FR
CANULAS VENOSAS_67636-DLP® VENOUS CANNULA, SINGLE STAGE, ANGLED TIP, 3/8" CONN. SITE, 36 FR
CANULAS VENOSAS_67638-DLP® VENOUS CANNULA, SINGLE STAGE, ANGLED TIP, 3/8" CONN. SITE, 38 FR
CANULAS VENOSAS_67640-DLP® VENOUS CANNULA, SINGLE STAGE, ANGLED TIP, 3/8" CONN. SITE, 40 FR
CANULAS VENOSAS_CB67512-DLP® VENOUS CANNULA, SINGLE STAGE, ANGLED TIP, 1/4" CONN. SITE, 12 FR
CANULAS VENOSAS_CB67514-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 1/4" CONN. SITE, 14 FR
CANULAS VENOSAS_CB67516-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 1/4" CONN. SITE, 16 FR
CANULAS VENOSAS_CB67518-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 1/4" - 3/8" CONN. SITE, 18 FR
CANULAS VENOSAS_CB67520-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 1/4" - 3/8" CONN. SITE, 20 FR
CANULAS VENOSAS_CB67522-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 1/4" - 3/8" CONN. SITE, 22 FR
CANULAS VENOSAS_CB67524-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 1/4" - 3/8" CONN. SITE, 24 FR
CANULAS VENOSAS_CB67526-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 3/8" CONN. SITE, 26 FR
CANULAS VENOSAS_CB67528-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 1/4" - 3/8" CONN. SITE, 28 FR
CANULAS VENOSAS_CB67530-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 3/8" CONN. SITE, 30 FR
CANULAS VENOSAS_CB67532-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 3/8" CONN. SITE, 32 FR
CANULAS VENOSAS_CB67534-DLP® VENOUS CANNULA, SS, ANGLED TIP, 3/8" CONN. SITE, 34 FR
CANULAS VENOSAS_CB67536-DLP® VENOUS CANNULA, SINGLE STAGE, ANGLED TIP, 1/2" CONN. SITE, 36 FR

Página 5 de 8

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 N° 44 - 26 Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 24 - 60 Bogotá
Teléfono: (57) 434 4000
www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019058215 DE 20 de Diciembre de 2019

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

LA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011,

CANULAS VENOSAS_CB67540-DLP® VENOUS CANNULA, SINGLE STAGE, ANGLED TIP, 1/2" CONN. SITE, 40 FR
CANULAS VENOSAS_CB67640-DLP® VENOUS CANNULA, SINGLE STAGE, ANGLED TIP, 3/8" CONN. SITE, 40 FR
CANULAS VENOSAS_68112-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 12 FR
CANULAS VENOSAS_68114-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 14 FR
CANULAS VENOSAS_68116-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 16 FR
CANULAS VENOSAS_68118-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 18 FR
CANULAS VENOSAS_68120-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 20 FR
CANULAS VENOSAS_68122-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 22 FR
CANULAS VENOSAS_68124-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 24 FR
CANULAS VENOSAS_68126-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 26 FR
CANULAS VENOSAS_68128-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 28 FR
CANULAS VENOSAS_68130-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 30 FR
CANULAS VENOSAS_68132-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 32 FR
CANULAS VENOSAS_68134-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 34 FR
CANULAS VENOSAS_68136-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 36 FR
CANULAS VENOSAS_68138-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 38 FR
CANULAS VENOSAS_68140-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 40 FR
CANULAS VENOSAS_CB68112-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 12 FR
CANULAS VENOSAS_CB68114-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 14 FR
CANULAS VENOSAS_CB68116-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 16 FR
CANULAS VENOSAS_CB68118-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 18 FR
CANULAS VENOSAS_CB68120-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 20 FR
CANULAS VENOSAS_CB68122-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 22 FR
CANULAS VENOSAS_CB68124-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 24 FR
CANULAS VENOSAS_CB68126-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 26 FR
CANULAS VENOSAS_CB68128-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 28 FR
CANULAS VENOSAS_CB68130-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 30 FR
CANULAS VENOSAS_CB68132-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 32 FR
CANULAS VENOSAS_CB68134-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 34 FR
CANULAS VENOSAS_CB68136-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 36 FR
CANULAS VENOSAS_CB68138-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 38 FR
CANULAS VENOSAS_CB68140-DLP® MALLEABLE SINGLE STAGE VENOUS CANNULA 40 FR
CANULAS VENOSAS_91037-DLP® VENOUS CANNULA WITH INFLATABLE CUFF, 37 FR
CANULAS VENOSAS_91151-DLP® VENOUS CANNULA, ATRIAL BASKET TIP, 51 FR
CANULAS VENOSAS_95036-DLP® VAD VENTRICULAR ASSIST CANNULA, 36 FR
CANULAS VENOSAS_CB95036-DLP® VAD VENTRICULAR ASSIST CANNULA, 36 FR
CANULAS VENOSAS_93451-VC2™ VENOUS CANN. NON-WIREWOUND, 1/2" CONN. SITE, 34/51 FR
CANULAS VENOSAS_93451C-VC2™ VENOUS CANN. NON-WIREWOUND, 1/2" CONN., 34/51 FR
CANULAS VENOSAS_93438-VC2™ VENOUS CANN. NON-WIREWOUND, 1/2" CONN. SITE, 34/51 FR
CANULAS VENOSAS_93438C-VC2™ VENOUS CANN. WIREWOUND, 1/2" CONN., 34/38 FR
CANULAS VENOSAS_93448-VC2™ VENOUS CANN. WIREWOUND, 1/2" CONN. SITE, 34/48 FR
CANULAS VENOSAS_93448C-VC2™ VENOUS CANN. WIREWOUND, 1/2" CONN., 34/48 FR
CANULAS VENOSAS_93463-VC2™ OVAL VENOUS CANNULA, 34/38FR W/ 3/8" CONN. SITE
CANULAS VENOSAS_93463C-VC2™ OVAL VENOUS CANNULA, 34/38FR W/ 1/2" CONN
CANULAS VENOSAS_93464-VC2™ OVAL VENOUS CANNULA, 34/48FR W/ 1/2" CONN. SITE
CANULAS VENOSAS_93464C-VC2™ OVAL VENOUS CANNULA, 34/48FR W/ 1/2" CONN
CANULAS VENOSAS_CB93451-VC2® VENOUS CANN. NON-WIREWOUND, 1/2" CONN. SITE, 34/51 FR
CANULAS VENOSAS_CB93451C-VC2® VENOUS CANN. NON-WIREWOUND, 1/2" CONN., 34/51 FR
CANULAS VENOSAS_CB93438-VC2® VENOUS CANN. WIREWOUND, 3/8" CONN. SITE, 34/38 FR
CANULAS VENOSAS_CB93438C-VC2® VENOUS CANN. WIREWOUND, 1/2" CONN., 34/38 FR
CANULAS VENOSAS_CB93448-VC2® VENOUS CANN. WIREWOUND, 1/2" CONN. SITE, 34/48 FR
CANULAS VENOSAS_CB93448C-VC2® VENOUS CANN. WIREWOUND, 1/2" CONN., 34/48 FR
CANULAS VENOSAS_CB93463-VC2® OVAL VENOUS CANNULA, 34/38FR W/ 3/8" CONN. SITE

Página 6 de 8

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

Oficina Principal: Calle Neke 10 - Bogotá

Administrativo: 01 261 19 44 ext.

01 261 19 45

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019058215 DE 20 de Diciembre de 2019

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

LA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

CANULAS VENOSAS_CB93463C-VC2® OVAL VENOUS CANNULA, 34/38FR W/ 1/2" CONN
CANULAS VENOSAS_CB93464-VC2® OVAL VENOUS CANNULA, 34/48FR W/ 1/2" CONN. SITE
CANULAS VENOSAS_CB93464C-VC2® OVAL VENOUS CANNULA, 34/48FR W/ 1/2" CONN. SITE, CARMEDA
CANULAS VENOSAS_91228-MC2™ TWO STAGE VENOUS CANNULA 28/36FR W/ 3/8" CONN. SITE
CANULAS VENOSAS_91228C-MC2™ TWO STAGE VENOUS CANNULA 28/36FR W/ 1/2" CONN
CANULAS VENOSAS_91229-MC2™ TWO STAGE VENOUS CANNULA 29/37 FR W/ 1/2" CONN. SITE
CANULAS VENOSAS_91229C-MC2™ TWO STAGE VENOUS CANNULA 29/37 FR W/ 1/2" NON-VENT CONN
CANULAS VENOSAS_91236-MC2™ TWO STAGE VENOUS CANNULA 36/46FR W/ 1/2" CONN. SITE
CANULAS VENOSAS_91236C-MC2™ TWO STAGE VENOUS CANNULA 36/46FR W/ 1/2" CONN
CANULAS VENOSAS_91240-MC2™ TWO STAGE VENOUS CANNULA 32/40FR W/ 1/2" CONN. SITE
CANULAS VENOSAS_91240C-MC2™ TWO STAGE VENOUS CANNULA 32/40FR W/ 1/2" CONN
CANULAS VENOSAS_91246-MC2™ TWO STAGE VENOUS CANNULA 34/46FR W/ 1/2" CONN. SITE
CANULAS VENOSAS_91246C-MC2™ TWO STAGE VENOUS CANNULA 34/46FR W/ 1/2" CONN
CANULAS VENOSAS_91251-MC2™ TWO STAGE VENOUS CANNULA 36/51FR W/ 1/2" CONN. SITE
CANULAS VENOSAS_91251C-MC2™ TWO STAGE VENOUS CANNULA 36/51FR W/ 1/2" CONN
CANULAS VENOSAS_91263-MC2™ OVAL TWO STAGE VENOUS CANNULA 32/40 FR W/ 1/2" CONN. SITE
CANULAS VENOSAS_91263C-MC2™ OVAL TWO STAGE VENOUS CANNULA 32/40 FR ,1/2" NON-VENT CON
CANULAS VENOSAS_91265-MC2™ OVAL TWO STAGE VENOUS CANNULA 36/46 FR W/ 1/2" CONN. SITE
CANULAS VENOSAS_91265C-MC2™ OVAL TWO STAGE VENOUS CANNULA 36/46 FR,1/2" NON-VENT CONN
CANULAS VENOSAS_91329-MC2® TWO STAGE VENOUS CANNULA 29/29 FR WITH 3/8" CONNECTION SITE
CANULAS VENOSAS_91329C-MC2® TWO STAGE VENOUS CANNULA 29/29 FR WITH 3/8" CONN
CANULAS VENOSAS_CB91228-MC2® TWO STAGE VENOUS CANNULA 28/36FR W/ 3/8" CONN. SITE
CANULAS VENOSAS_CB91228C-MC2® TWO STAGE VENOUS CANNULA 28/36FR W/ 1/2" CONN
CANULAS VENOSAS_CB91236-MC2® TWO STAGE VENOUS CANNULA 36/46FR W/ 1/2" CONN. SITE
CANULAS VENOSAS_CB91236C-MC2® TWO STAGE VENOUS CANNULA 36/46FR W/ 1/2" CONN
CANULAS VENOSAS_CB91240-MC2® TWO STAGE VENOUS CANNULA 32/40FR W/ 1/2" CONN. SITE
CANULAS VENOSAS_CB91240C-MC2® TWO STAGE VENOUS CANNULA 32/40FR W/ 1/2" CONN
CANULAS VENOSAS_CB91246-MC2® TWO STAGE VENOUS CANNULA 34/46FR W/ 1/2" CONN. SITE
CANULAS VENOSAS_CB91246C-MC2® TWO STAGE VENOUS CANNULA 34/46FR W/ 1/2" CONN
CANULAS VENOSAS_CB91251-MC2® TWO STAGE VENOUS CANNULA 36/51FR W/ 1/2" CONN. SITE
CANULAS VENOSAS_CB91251C-MC2® TWO STAGE VENOUS CANNULA 36/51FR W/ 1/2" CONN
CANULAS VENOSAS_CB91263-MC2® OVAL TWO STAGE VENOUS CANNULA 32/40 FR W/ 1/2" CONN. SITE
CANULAS VENOSAS_CB91263C-MC2® OVAL TWO STAGE VENOUS CANNULA 32/40 FR ,1/2" NON-VENT
CONN
CANULAS VENOSAS_CB91265-MC2® OVAL TWO STAGE VENOUS CANNULA 36/46 FR W/ 1/2" CONN. SITE
CANULAS VENOSAS_CB91265C-MC2® OVAL TWO STAGE VENOUS CANNULA 36/46 FR,1/2" NON-VENT
CONN
CANULAS VENOSAS_CB91329-MC2® TWO STAGE VENOUS CANNULA 29/29 FR WITH 3/8" CONN SITE
CANULAS VENOSAS_CB91329C-MC2® TWO STAGE VENOUS CANNULA 29/29 FR WITH 3/8" CONN,
CARMEDA
CANULAS VENOSAS_91429-MC2X™ THREE STAGE VENOUS CANNULA 29/29/29 FR WITH 3/8" CONNE
CANULAS VENOSAS_91429C-MC2X™ THREE STAGE VENOUS CANNULA 29/29/29 FR WITH 3/8" CONN
CANULAS VENOSAS_91437-MC2X™ MULTI-STAGE VENOUS CANNULA
CANULAS VENOSAS_91437C-MC2X™ MULTI-STAGE VENOUS CANNULA
CANULAS VENOSAS_CB91429-MC2X® THREE STAGE VENOUS CANNULA 29/29/29 FR WITH 3/8" CONN
CANULAS VENOSAS_CB91429C-MC2X® THREE STAGE VENOUS CANNULA 29/29/29 FR WITH 3/8" CONN
CANULAS VENOSAS_CB91437-MC2X®THREE STAGE VENOUS CANNULA 29/46/37 FR WITH 3/8"CONN,
CARMEDA
CANULAS VENOSAS_CB91437C-MC2X® THREE STAGE VENOUS CANNULA 29/46/37 FR WITH 3/8"CONN,
CARMEDA

VIDA UTIL:

2 AÑOS – PRODUCTO CON RECUBRIMIENTO

3 AÑOS – PRODUCTO SIN RECUBRIMIENTO

EXPEDIENTE No.:

226478

RADICACIÓN:

20181110094

Página 7 de 8

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA

Oficina Principal: Calle 1164 - 20 Bogotá

Administrativo: Calle 1164 - 20

Teléfono: 01 (011) 261 4000

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019058215 DE 20 de Diciembre de 2019

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

LA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

FECHA: 01/06/2018

ARTÍCULO SEGUNDO. - SE APRUEBAN las etiquetas del producto mediante radicado No. 20181110094 y el Sticker de importador allegado mediante radicado No. 20191130738.

ARTÍCULO TERCERO. - AUTORIZAR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS marcadas con el Registro Sanitario Número INVIMA 2008DM-0002175-R1.

ARTICULO CUARTO. - Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante LA DIRECCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Dada en Bogotá D.C. a los 20 de Diciembre de 2019
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

13 ENE 2020

**ESTE DOCUMENTO ES EL
COPIA DEL QUE REPOSA EN
EL ARCHIVO DE ESTA ENTIDAD**

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: salbam, Técnico: nbeltranp Revisó: cordina_varios

Firma válida

Firmado digitalmente por
LUCIA AYALA
RODRIGUEZ
Fecha: 2019.12.20
13:40:17 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C.,
Colombia

Página 8 de 8

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 28
11204070
www.invima.gov.co

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



La salud
es de todos

Minsalud

Bogotá D.C., 13/01/2020

ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL

En la fecha se notificó personalmente al Señor(a) ERIKA CONSTANZA CORTES ARIAS identificado(a) con CEDULA CIUDADANIA N° 65.765.323 expedida en IBAGUE, en calidad de AUTORIZADA, con tarjeta Profesional N° 2019058215 del 20112119, con el fin de notificarse de la Resolución N° 2019058215 del 20112119.

Se le entregó una copia auténtica del menEcionado Acto Administrativo, en 8 folios haciéndole (s) saber que, en caso de inconformidad contra la presente providencia, puede (n) interponer los recursos de Reposición y/o Apelación ante el Director Técnico Correspondiente del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima, de estos recursos podrán hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notificado:

Firma: Erika Constanza A.

C.C. 65765323 DE IBAGUE

Notificador:

Firma: [Firma]

Código:

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(+57) 29487000
www.invima.gov.co



AIC-NOT-FM003 V00 11/03/2019