

**TUBOS ENDOTRAQUEALES
BÁSICOS CON Y SIN BALÓN**

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	Tubos endotraqueales Mallinckrodt
Nombre Comercial	Tubos endotraqueales con y sin balón
Marcas	Mallinckrodt
Fabricante Legal	Covidien LLC
Número de Registro Sanitario	INVIMA V-003739-R1
Fecha de expiración del Registro Sanitario	06 de julio de 2019
Clasificación del riesgo	Ila
Código GMDN	14085

2. Especificaciones

Composición	PVC, Acero Inoxidable, Policarbonato, Acrilonitrilo Butadieno Estireno, Nitrilo, Polipropileno, Polietileno, ciclohexanona, poliuretano, copolimero acetal, nylon, aluminio, silicona.
Presentación Comercial	Caja x 10 unidades, cada unidad en empaque estéril
Condiciones de Almacenamiento	Lugar limpio y seco, sin exposición directa al sol Temperatura: 0°C a 35°C Humedad Relativa: 0% a 90%
Método de esterilización	Uso único por paciente
Vida Útil	Cinco años a partir de la fecha de fabricación
Referencias	

**TUBOS ENDOTRAQUEALES
BÁSICOS CON Y SIN BALÓN**
Tubos Básicos sin Balón

Referencia	Descripción	Empaque
86221	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 2.0	Caja x 10
86222	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 2.5	Caja x 10
86223	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 3.0	Caja x 10
86224	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 3.5	Caja x 10
86225	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 4.0	Caja x 10
86226	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 4.5	Caja x 10
86227	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 5.0	Caja x 10
86228	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 5.5	Caja x 10
86229	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 6.0	Caja x 10

Tubos Básicos con Balón

Referencia	Descripción	Empaque
86442	Tubo endotraqueal oral/ nasal con balon 3.0	Caja x 10
86443	Tubo endotraqueal oral/ nasal con balon 3.5	Caja x 10
86444	Tubo endotraqueal oral/ nasal con balon 4.0	Caja x 10
86445	Tubo endotraqueal oral/ nasal con balon 4.5	Caja x 10
86107	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi- Lo con balon 5.0	Caja x 10
86108	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi- Lo con balon 5.5	Caja x 10
86109	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi- Lo con balon 6.0	Caja x 10
86110	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi- Lo con balon 6.5	Caja x 10
86111	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi- Lo con balon 7.0	Caja x 10
86112	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi- Lo con balon 7.5	Caja x 10
86113	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi- Lo con balon 8.0	Caja x 10
86114	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi- Lo con balon 8.5	Caja x 10
86115	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi- Lo con balon 9.0	Caja x 10

3. Descripción del Producto

Indicaciones de Uso	Permite el paso de mezclas gaseosas o aire directamente a los pulmones y mantiene permeables las vías respiratorias durante la anestesia y ventilación asistida.
---------------------	--

DESCRIPCION

Los Tubos Endotraqueales Mallinckrodt están fabricados conforme a los más altos estándares de manufactura. Para su fabricación se usa Cloruro de Polivinilo (PVC), termo sensible y de grado médico, que adquiere fácilmente la temperatura del cuerpo permitiéndoles así adaptarse a la anatomía del paciente, con gran facilidad.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Balón tipo HVT: La tecnología alto volumen baja presión nos brinda mínimo trauma traqueal. Además cuando está desinflado se adhiere muy bien al tubo facilitando la visualización de las cuerdas vocales durante la intubación
- Balón de color opaco: Facilita la visualización del paso del tubo a través de las cuerdas vocales
- Balón piloto que indica las condiciones de inflado del balón principal: En cualquier momento podemos saber si el globo principal esta sobre o subinflado
- Punta distal muy redondeada: Minimiza el riesgo de traumatizar los tejidos de la tráquea y las cuerdas vocales
- Grandes marcas de profundidad: fácil visualización de la profundidad de inserción
- Ojos de Murphy con bordes redondeados: Facilita el paso del catéter de succión sin que haya riesgo de dañar la tráquea.
- Disponible también sin balón
- Para intubación oral o nasal.

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: Marly López Villanueva Cargo: Regulatory Affairs Specialist	Fecha: 10-Oct-16	Aprobado por: Nombre: Natalia Valbuena Tovar Cargo: Regulatory Affairs Sr. Manager Latinoamerica	Fecha: 10-Oct-16
Revisado por: Nombre: Claudia Patricia Aponte Parra Cargo: Product Specialist I PRM I MITG	Fecha: 10-Oct-16		