

	DIRECCION TECNICA	Código: FT-DT-076
	FICHA TECNICA MASCARA PARA TRAQUEOSTOMÍA ADULTO / PEDIATRICA	Versión: 0 Fecha: 2021 Sep 01 Página: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL		COMPONENTES DEL PRODUCTO	
Nombre:	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMÍA ADULTO / PEDIATRICA	1. Mascara para traqueotomía 2. Extensión 2 metros	
Fabricante:	WINNOMED COMPANY LTD.		
Marca:			
Vida Útil:	5 AÑOS		
Procedencia:	TAIWAN		
Registro Sanitario INVIMA:	2017DM-0016119		
Vigencia:	6 Octubre 2027		
Clasificación de riesgo:	Ila		
Método de esterilización	No aplica		
Descripción y uso del producto	Mascara para traqueotomía, conector giratorio a 360°, fabricada en material de PVC atóxico grado médico. Sistema de fijación con banda elástica autoajustable. Dispositivo que se utiliza para administrar oxígeno a través de la tráquea, con conexión a extensión de oxígeno.		
Indicaciones y precauciones de uso	• Uso bajo supervisión de un profesional del área médica. • Consérvese en un lugar fresco y seco. • Uso de un solo paciente.		
Advertencias	Ninguna conocida		
Composición	PVC		
Contraindicaciones	Ninguna conocida		
Numero de Re-usos	Producto para un solo paciente.		
Presentación comercial:	• Unidad en bolsa de polietileno de baja densidad. • Embalaje: cartón corrugado por 100 unidad		
Condiciones de almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.		
Disposición final:	La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades”.		

	ELABORO	REVISO	APROBO
CARGO	Asistente SGC	Director Técnico	Gerente General
NOMBRE	Maicol Perilla Triana	Nicolás Pinzón Hernández	Gustavo Pinzón Díaz

Toda copia magnética de este documento que se encuentre fuera de la RED \\192.168.0.6\Compartida\SGC BIOPLAST S.abackup\DOCUMENTACION PROCESOS debe entenderse como COPIA NO CONTROLADA y está fuera del alcance del Sistema de Gestión de BIOPLAST S.A.S, por lo tanto, es responsabilidad de la persona que la posea, comprobar la veracidad de la Información para garantizar que se encuentra actualizada.