

	DIRECCION TECNICA	Código: FT-DT-092
	FICHA TECNICA VALVULA (TAPON) LIBRE DE AGUJAS	Versión: 0 Fecha: 2021 Sep 01 Página: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL		COMPONENTES DEL PRODUCTO	
Nombre:	VALVULA (TAPON) LIBRE DE AGUJAS	1 Válvula (Tapón) Libre de aguja	
Fabricante:	ASSET		
Marca:			
Vida Útil:	5 años		
Procedencia:	Turquía		
Registro Sanitario INVIMA:	2017DM-0016029		
Vigencia:	21 Marzo 2027		
Clasificación de riesgo:	IIA		
Método de esterilización	Óxido de etileno		
Descripción y uso del producto	Diseñada con una válvula de silicona para evitar el uso de agujas y para prevenir accidentes con la aguja durante la terapia intravenosa. La válvula además minimiza el riesgo que el profesional de la salud tenga contacto con la sangre del paciente y filtraciones en el suministro de los líquidos.		
Indicaciones y precauciones de uso	• Conservar en un lugar fresco y seco. • Uso desechable.		
Advertencias	Ninguna conocida		
Composición	Copolíester , silicona		
Contraindicaciones	Ninguna conocida		
Numero de Re-usos	Producto desechable, uso de un solo paciente.		
Presentación comercial:	Empaque de 50 unidades		
Condiciones de almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.		
Disposición final:	La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades”.		

	ELABORO	REVISO	APROBO
CARGO	Asistente SGC	Director Técnico	Gerente General
NOMBRE	Maicol Perilla	Nicolás Pinzón Hernández	Gustavo Pinzón Díaz

Toda copia magnética de este documento que se encuentre fuera de la RED \\192.168.0.6\Compartida\SGC BIOPLAST S.abackup\DOCUMENTACION PROCESOS debe entenderse como COPIA NO CONTROLADA y está fuera del alcance del Sistema de Gestión de BIOPLAST S.A S., por lo tanto, es responsabilidad de la persona que la posea, comprobar la veracidad de la Información para garantizar que se encuentra actualizada.