

	DIRECCIÓN TÉCNICA	Código: FT-DT-230
	FICHA TÉCNICA AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL	Versión: 0 Fecha: 2022 Ene 02 Página: 1 de 2

INFORMACIÓN GENERAL		COMPONENTES DEL PRODUCTO																																													
Nombre:	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL	Aguja para Anestesia Espinal																																													
Fabricante:	TIANJIN HANACO MEDICAL CO. LTD.																																														
Importado por:	BIOPLAST SAS																																														
Marca:	Dr. Japan																																														
Vida Útil:	5 años																																														
Procedencia:	CHINA																																														
Registro Sanitario INVIMA:	2020DM-0021921																																														
Vigencia:	06/08/2030																																														
Clasificación de riesgo:	IIb																																														
Método de esterilización	EO																																														
Descripción y uso del producto	Aguja para anestesia espinal punta K-3 (biselada); La punta triédrica probada combina una entrada suave con la cantidad justa de resistencia a la punción para ayudar a una punción dura segura. La base de la aguja es transparente, lo que facilita la verificación del reflujo de líquido cefalorraquídeo. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Calibre</th><th>Longitud</th><th>Color</th><th>Aguja Guía</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>18 G</td><td>90 mm</td><td>Rosado</td><td>--</td></tr> <tr><td>19 G</td><td>90 mm</td><td>Crema</td><td>--</td></tr> <tr><td>20 G</td><td>90 mm</td><td>Amarillo</td><td>--</td></tr> <tr><td>21 G</td><td>90 mm</td><td>Verde</td><td>--</td></tr> <tr><td>22 G</td><td>90 mm</td><td>Negro</td><td>--</td></tr> <tr><td>23 G</td><td>90 mm</td><td>Azul</td><td>--</td></tr> <tr><td>24 G</td><td>90 mm</td><td>Morado</td><td>20 G x 38 mm</td></tr> <tr><td>25 G</td><td>90 mm</td><td>Naranja</td><td>21 G x 38 mm</td></tr> <tr><td>26 G</td><td>90 mm</td><td>Café</td><td>22 G x 38 mm</td></tr> <tr><td>27 G</td><td>90 mm</td><td>Gris</td><td>22 G x 38 mm</td></tr> </tbody> </table>			Calibre	Longitud	Color	Aguja Guía	18 G	90 mm	Rosado	--	19 G	90 mm	Crema	--	20 G	90 mm	Amarillo	--	21 G	90 mm	Verde	--	22 G	90 mm	Negro	--	23 G	90 mm	Azul	--	24 G	90 mm	Morado	20 G x 38 mm	25 G	90 mm	Naranja	21 G x 38 mm	26 G	90 mm	Café	22 G x 38 mm	27 G	90 mm	Gris	22 G x 38 mm
Calibre	Longitud	Color	Aguja Guía																																												
18 G	90 mm	Rosado	--																																												
19 G	90 mm	Crema	--																																												
20 G	90 mm	Amarillo	--																																												
21 G	90 mm	Verde	--																																												
22 G	90 mm	Negro	--																																												
23 G	90 mm	Azul	--																																												
24 G	90 mm	Morado	20 G x 38 mm																																												
25 G	90 mm	Naranja	21 G x 38 mm																																												
26 G	90 mm	Café	22 G x 38 mm																																												
27 G	90 mm	Gris	22 G x 38 mm																																												
Indicaciones y precauciones de uso	• Uso bajo supervisión de un profesional del área médica. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Uso de un solo paciente. • Leer con precaución las instrucciones de uso del producto																																														
Advertencias	Ninguna conocida.																																														
Composición	Policarbonato (PC), PVC y acero inoxidable. Papel Film Grado medico																																														
Contraindicaciones	Ninguna conocida.																																														
Criterio de descarte	Descartar después de su primer uso.																																														
Presentación comercial:	Empaque: Unidad en papel film estéril grado medico Embalaje: Caja por 50 Unidades.																																														
Condiciones de almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.																																														

	ELABORO	REVISÓ	APROBÓ
CARGO	Asistente SGC	Director Técnico	Gerente General
NOMBRE	Maicol Perilla	Nicolás Pinzón Hernández	Gustavo Pinzón Díaz

Toda copia magnética de este documento que se encuentre fuera de la RED \192.168.0.6\Compartida\SGC BIOPLAST S.abackup\DOCUMENTACION PROCESOS debe entenderse como COPIA NO CONTROLADA y está fuera del alcance del Sistema de Gestión de BIOPLAST S.A.S, por lo tanto, es responsabilidad de la persona que la posea, comprobar la veracidad de la Información para garantizar que se encuentra actualizada.

	DIRECCIÓN TÉCNICA	Código: FT-DT-230
	FICHA TÉCNICA AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL	Versión: 0 Fecha: 2022 Ene 02 Página: 2 de 2

Disposición final:	La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades”
---------------------------	---

	ELABORO	REVISO	APROBÓ
CARGO	Asistente SGC	Director Técnico	Gerente General
NOMBRE	Maicol Perilla	Nicolás Pinzón Hernández	Gustavo Pinzón Díaz

Toda copia magnética de este documento que se encuentre fuera de la RED \\192.168.0.6\Compartida\SGC BIOPLAST S.A.S\abackup\DOCUMENTACION PROCESOS debe entenderse como COPIA NO CONTROLADA y está fuera del alcance del Sistema de Gestión de BIOPLAST S.A.S, por lo tanto, es responsabilidad de la persona que la posea, comprobar la veracidad de la Información para garantizar que se encuentra actualizada.