

	DIRECCION TECNICA	Código: FT-DT-158
	FICHA TECNICA TIRAS INDICADORAS PARA EO	Versión: 0 Fecha: 2021 Sep 01 Página: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL		COMPONENTES DEL PRODUCTO		
Nombre:	TIRA INDICADORA PARA EO	Se vuelve de este color EO 20 min, 600mg/L EO gas 54 °C & 60%RH ISO 11140-1 Metals free LOT 07-28/2020 2020 07 28 2022 07 27		
Fabricante:	ANQING YIPAK PACKAGIN MATERIAL CO			
Marca:				
Vida Útil:	NO APLICA			
Procedencia:	CHINA			
Registro Sanitario INVIMA:	2014 DM-0011878			
Vigencia:	24 Septiembre 2024			
Clasificación de riesgo:	I			
Método de esterilización	No aplica	TIRA INDICADORA PARA EO Registro Sanitario: 2014DM-0011878 Fabricante: ANQING YIPAK PACKAGIN MATERIAL CO., LTD-N°. 13, Liuji Industrial Park, Development Zone, Anqing, Anhui, China Importador: BIOPLAST S.A. CARRERA 92 N° 64 C – 24 +5714382224 Bogota D.C., Colombia		
Descripción y uso del producto	Tiras indicadoras de gas EO, Transición de color irreversible de crema a óxido (azul) son tiras indicadoras multi parámetro para verificar las condiciones internas de esterilización de los paquetes de todos los ciclos de óxido de etileno. Se puede utilizar en mezclas de gases 100% EO y EO / HCFC; Almacenamiento a temperatura ambiente (15 ° C a 30 ° C). Cumple con ISO 11140-1 Tipo 1.			
Indicaciones y precauciones de uso	Asegúrese que en el momento de usar la cinta indicadora se encuentre con el color indicado antes de su uso.			
Advertencias	Este es un indicador químico. No es un indicador biológico.			
Composición	Papel crepe, adhesivo, químico impreso.			
Contraindicaciones	Ninguna conocida			
Numero de Re-usos	Producto desechable			
Presentación comercial:	Caja por 100 tiras.			
Condiciones de almacenamiento	• Almacene en lugares frescos y secos, protegida de la luz solar. • Almacene lejos de fuentes de calor. • Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos.			
Disposición final:	La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades”.			

	ELABORO	REVISO	APROBO
CARGO	Asistente SGC	Director Técnico	Gerente General
NOMBRE	Maicol Perilla Triana	Nicolás Pinzón Hernández	Gustavo Pinzón Díaz

Toda copia magnética de este documento que se encuentre fuera de la RED \\192.168.0.6\Compartida\SGC BIOPLAST S.abackup\DOCUMENTACION PROCESOS debe entenderse como COPIA NO CONTROLADA y está fuera del alcance del Sistema de Gestión de BIOPLAST S.A.S., por lo tanto, es responsabilidad de la persona que la posea, comprobar la veracidad de la Información para garantizar que se encuentra actualizada.