ELECTRODO ECG RADIOLUCIDO
CINTA NO TEJIDA SNC28AT004 44 x 61 mm

ECRL003

USO:

UTILIZADO CON FIN DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO INCLUYENDO LA MONITORIZACIÓN DINÁMICA Y EL ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO.

INSTRUCCIONES DE USO:

- o Asegúrese de que la zona de la piel este seca, limpia y sin exceso de vello.
- o Prepare el área de la superficie frotando suavemente la piel, para no causar abrasión.
- o Retire el electrodo del material de soporte.
- o Presione el electrodo sobre la piel alrededor del borde exterior, continúe haciendo presión hacia el centro para mejor adherencia.
- o Conecte el cable conductor al electrodo para iniciar el procedimiento.

PRECAUCIONES:

- o Únicamente para uso hospitalario.
- o El dispositivo médico es desechable, no reutilizar.
- o Mantener el empaque sellado.
- o Mantener almacenado a una temperatura de 5-30°C
- o No usar por más de 72 horas.

Reg. Sanitario INVIMA.

Fabricado en:

50
UNIDADES
ADULTOS

- Hipoalergénico
- No reutilizable
- Excelente conductividad
- Fuerte adhesión

7 707228 374403

LOT

www.alfasafe.com
Importado y Comercializado
por: ALFA TRADING S.A.S.
Calle. 23 N° 116 - 31
Bodega 1, Parque Industrial Puerto Central
servicioalcliente@alfatrading.com.co
Bogotá - Colombia

○发稿稿件【确认单】 销售确认/日期：_____ 工艺确认/日期：_____ 品管确认/日期：_____ 采购确认/日期：_____

	编 码	品 名	色 标	规格(展开或成品)单位MM	材 质	设 计	日 期	版 本
	73020533	2019年电极中性英文+西语袋子	C:50 M:10 (电极中性色)	200*270mm	8丝铝箔袋		19/02/27	A/0

受控文件
2019.03.11

各位同事：请仔细核对稿件尺寸、图案、文字等内容，如有差错或改动，请邮件告知。确认后请在签字栏内签字，谢谢合作。

QR-SOP-05A