

	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	CÓDIGO	HS-CCAA-105
		PÁGINA	1 de 2
	HOJA DE SEGURIDAD	VERSIÓN	01
		FECHA APROBACIÓN	15-11-2023
		FECHA VIGENCIA	15-11-2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre producto: Surefuser+ Bomba de infusión elastomérica

Sapcode: SFS-XXXXXX

Fabricantes: Nipro Corporation Odate Factory., Origen Japón

Uso: Dispositivo médico externo de flujo continuo, que permite la administración de soluciones IV en tratamientos intra o extra hospitalarios.

Es autónomo y está graduado para un flujo continuo de larga o corta duración

2. COMPOSICIÓN

Polipropileno, Caucho Isopreno, Polietileno, Goma de silicona, Polímero ultrasuave, Poliacetal, Celulosa, Acrilonitrilo butadieno estireno, Policarbonato.

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, INCLUIDA LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS

Categoría de peligros N.A.
Indicadores de ruta de entrada: Inhalación, ingestión, Absorción cutánea, contacto con los ojos
Peligro para la salud: N.A.
Indicadores ambientales: N.A.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

N.A.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

En caso de incendio pueden surgir vapores/gases tóxicos y/o irritantes no identificados
Medios de extinción: CO2, Espuma, Polvo extintor seco, chorro de agua

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO OCCIDENTAL

N.A.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO


No almacenar a temperatura húmeda extrema
Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C.
Humedad relativa permanente: máximo 70%.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Protección corporal: llevar la vestimenta protectora adecuada para evitar la exposición de la piel

9. PROPIEDADES FÍSICAS QUÍMICAS

Color: Transparente
Olor: N.A.
Estado físico: sólido
Punto de fusión/intervalo de fusión: no aplicable
Punto de ebullición/intervalo de ebullición: no determinado
Punto de inflamación: no determinado

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
					
Nombre:	Sandra Cortés	Nombre:	Julio Pedraza	Nombre:	Liliana María Tello Irreño
Cargo:	Inspectora de calidad	Cargo:	Gerente División Hospitalaria	Cargo:	Director Técnico
Fecha:	15-11-2023	Fecha:	15-11-2023	Fecha:	15-11-2023

 NIPRO MEDICAL CORPORATION COLOMBIA	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	CÓDIGO	HS-CCAA-105
	HOJA DE SEGURIDAD	PÁGINA	2 de 2
		VERSIÓN	01
		FECHA APROBACIÓN	15-11-2023
		FECHA VIGENCIA	15-11-2026

10. DATOS DE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Descomposición térmica /condiciones a evitar: Evitar la generación y acumulación de polvo
Materiales a evitar: Agentes oxidantes y bases fuertes
Reacciones peligrosas: Estable. No se conocen reacciones peligrosas
Descomposición de productos peligrosos: Óxidos de carbono. Se pueden desprender humos ácidos y gases tras su calentamiento

11. INFORMACION TOXICOLÓGICA

Ojos: Puede ser irritante para los ojos
Piel: Puede ser irritante para la piel y las membranas mucosas
Inhalación: Puede ser irritante para las membranas mucosas o tracto respiratorio superior

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad ecológica N/A
Descomposición biológica Se puede descomponer bajo la luz solar y condiciones de oxígeno

13. CONSIDERACIONES PARA ELIMINACION DEL PRODUCTO

Su eliminación debe realizarse siguiendo las reglamentaciones locales y nacionales vigentes

14.INFORMACIÓN REGULADORA

Esta hoja de datos de seguridad ha sido elaborada bajo la Norma (NTC 4435)

14.CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO
00	17-05-2023	Creación de documento
01	15-11-2023	Actualización de firmas