

	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	CÓDIGO	HS-CCAA-019
		PÁGINA	1 de 2
	HOJA DE SEGURIDAD	VERSIÓN	02
		FECHA APROBACIÓN	13-04-2023
		FECHA VIGENCIA	13-04-2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre producto: Catéter intravenoso

Sapcode: CI+XXXX

Fabricante: Nipro Medical LTDA., Origen Brasil

Uso: Dispositivo diseñado para introducirse en el tejido venoso o arterial. Permite la inyección de medicamentos, el drenaje de líquidos o el acceso a otros Instrumentos médicos.

2. COMPOSICIÓN

Cubierta: Poliestireno ó Polipropileno

Cánula: Acero Inoxidable

Tubo del catéter: Teflón (ETFE), Poliuretano (PU)

Perno de fijación: Acero Inoxidable

Cañon externo: Polipropileno

Cañon interno: Polipropileno

Tapa del filtro: Poliestireno, Polipropileno

Tapa protectora: Polipropileno

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, INCLUIDA LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS

Categoría de peligros N.A.

Indicadores de ruta de entrada: Inhalación, ingestión, Absorción cutánea, contacto con los ojos

Peligro para la salud: N.A

Indicadores ambientales: N.A

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

N.A.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

En caso de incendio pueden surgir vapores/gases tóxicos y/o irritantes no identificados

Medios de extinción: CO2, Espuma, Polvo extintor seco, chorro de agua

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO OCCIDENTAL

N.A.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en el empaque original.


No almacenar ni utilizar este producto si está vencido.

Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C.

Humedad relativa permanente: máximo 70%.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Protección corporal: llevar la vestimenta protectora adecuada para evitar la exposición de la piel

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
					
Nombre:	Sandra Cortés	Nombre:	Julio Pedraza	Nombre:	Liliana María Tello Irreño
Cargo:	Inspectora de calidad	Cargo:	Gerente División Hospitalaria	Cargo:	Director Técnico
Fecha:	13-01-2023	Fecha:	13-01-2023	Fecha:	13-01-2023

 NIPRO MEDICAL CORPORATION COLOMBIA	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	CÓDIGO	HS-CCAA-019
		PÁGINA	2 de 2
	HOJA DE SEGURIDAD	VERSIÓN	02
		FECHA APROBACIÓN	13-04-2023
		FECHA VIGENCIA	13-04-2026

9. PROPIEDADES FÍSICAS QUÍMICAS

Color: transparente
Olor: N.A
Estado físico: sólido
Punto de fusión/intervalo de fusión: no aplicable
Punto de ebullición/intervalo de ebullición: no determinado
Punto de inflamación: no determinado

10. DATOS DE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Descomposición térmica /condiciones a evitar: Evitar la generación y acumulación de polvo
Materiales a evitar: Agentes oxidantes y bases fuertes
Reacciones peligrosas: Estable. No se conocen reacciones peligrosas
Descomposición de productos peligrosos: Óxidos de carbono. Se pueden desprender humos ácidos y gases tras su calentamiento

11. INFORMACION TOXICOLÓGICA

Ojos: Puede ser irritante para los ojos
Piel: Puede ser irritante para la piel y las membranas mucosas
Inhalación: Puede ser irritante para las membranas mucosas o tracto respiratorio superior

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad ecológica N/A
Descomposición biológica Se puede descomponer bajo la luz solar y condiciones de oxígeno

13. CONSIDERACIONES PARA ELIMINACION DEL PRODUCTO

Su eliminación debe realizarse siguiendo las reglamentaciones locales y nacionales vigentes

14. INFORMACIÓN REGULADORA

Esta hoja de datos de seguridad ha sido elaborada bajo la Norma (NTC 4435)

14. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO
00	29-11-2018	Documento nuevo
01	02-12-2021	Se renueva fecha de vencimiento vigencia de documento
02	13-01-2023	Actualización de firmas