

 NIPRO MEDICAL CORPORATION COLOMBIA	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	CÓDIGO	HS-CCAA-038
		PÁGINA	1 de 2
	HOJA DE SEGURIDAD	VERSIÓN	02
		FECHA APROBACIÓN	15-11-2023
		FECHA VIGENCIA	15-11-2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre producto: Jeringa de insulina estéril para un solo uso con aguja

Sapcode: JD-03L2138-JB

Fabricante: Jiangsu Jichun Medical Devices CO. LTD. China.

Uso: Se utilizan para para la inyección intercutánea, hipodérmica intramuscular y venosa de fluidos y medicamento

2. COMPOSICIÓN

Émbolo: PP (polipropileno)

Barril: PP (polipropileno)

Anillo: Látex natural / Caucho sintético (sin látex)

Aguja: Acero Inoxidable

Escala: Tinta

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, INCLUIDA LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS

Categoría de peligros N.A.

Indicadores de ruta de entrada: Inhalación, ingestión, Absorción cutánea, contacto con los ojos

Peligro para la salud: N.A

Indicadores ambientales: N.A

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

N.A.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

En caso de incendio pueden surgir vapores/gases tóxicos y/o irritantes no identificados

Medios de extinción: CO2, Espuma, Polvo extintor seco, chorro de agua

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO OCCIDENTAL

N.A.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en el empaque original.

No almacenar ni utilizar este producto si está vencido.

Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C.

Humedad relativa permanente: máximo 70%.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Protección corporal: llevar la vestimenta protectora adecuada para evitar la exposición de la piel

9. PROPIEDADES FÍSICAS QUÍMICAS

Color: Transparente


Olor: N.A

Estado físico: sólido

Punto de fusión/intervalo de fusión: no aplicable

Punto de ebullición/intervalo de ebullición: no determinado

Punto de inflamación: no determinado

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
					
Nombre:	Sandra Cortés	Nombre:	Julio Pedraza	Nombre:	Liliana María Tello Irreño
Cargo:	Inspectora de calidad	Cargo:	Gerente División Hospitalaria	Cargo:	Director Técnico
Fecha:	15-11-2023	Fecha:	15-11-2023	Fecha:	15-11-2023

 NIPRO MEDICAL CORPORATION COLOMBIA	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	CÓDIGO	HS-CCAA-038
	HOJA DE SEGURIDAD	PÁGINA	2 de 2
		VERSIÓN	02
		FECHA APROBACIÓN	15-11-2023
		FECHA VIGENCIA	15-11-2026

10. DATOS DE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Descomposición térmica /condiciones a evitar: Evitar la generación y acumulación de polvo

Materiales a evitar: Agentes oxidantes y bases fuertes

Reacciones peligrosas: Estable. No se conocen reacciones peligrosas

Descomposición de productos peligrosos: Óxidos de carbono. Se pueden desprender humos ácidos y gases tras su calentamiento

11. INFORMACION TOXICOLÓGICA

Ojos: Puede ser irritante para los ojos

Piel: Puede ser irritante para la piel y las membranas mucosas

Inhalación: Puede ser irritante para las membranas mucosas o tracto respiratorio superior

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad ecológica N/A

Descomposición biológica Se puede descomponer bajo la luz solar y condiciones de oxígeno

13. CONSIDERACIONES PARA ELIMINACION DEL PRODUCTO

Su eliminación debe realizarse siguiendo las reglamentaciones locales y nacionales vigentes

14.INFORMACIÓN REGULADORA

Esta hoja de datos de seguridad ha sido elaborada bajo la Norma (NTC 4435)

14.CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO
00	24-08-2018	Creación de documento
01	24-01-2021	Actualización vigencia de documento
02	15-11-2023	Actualización de firmas