



安庆康明纳包装有限公司

"A Trusted Name in Medical Packaging- Anqing Kangmingna Packaging Co., Ltd

Business is not for the best profits, but for the best partners!

BOLSA PLANA Y CARRETE PLANO DE TERMOSELLADO

MATERIALES Y COMPOSICIÓN

Los carretes/bolsas planos termosellados están fabricados con un material plástico de uso médico llamada película transparente laminada producida en colores verde o azul claro que proviene de una película especial de PET y CPP junto con medical 60gsm Arjo Papel y solo a pedido especial de los clientes podemos producir con 70gsm. Este papel es producido por un sistema de alta tecnología en color blanco y tiene estado estudiado para asegurar un alto antibacteriano protección;

La impresión es con indicadores, uno para esterilización por vapor, uno para etileno esterilización por óxido (EO). A petición especial del cliente, formaldehído El indicador (FORMULARIO) también se puede imprimir.

Las tintas utilizadas son base agua y no tóxico.

ESPECIFICACIÓN

Calor sellando Plano Rodar

CÓDIGO	TALLA	EMBALAJE
KMNHR-050200	50mm*200m	12 rollos/caja
KMNHR-055200	55mm*200m	10 rollos/caja
KMNHR-075200	75mm*200m	8 rollos/caja
KMNHR-100200	100 mm * 200 m	6 rollos/caja
KMNHR-150200	150mm*200m	4 rollos/caja
KMNHR-200200	200mm*200m	2 rollos/caja
KMNHR-250200	250mm*200m	2 rollos/caja
KMNHR-300200	300mm*200m	2 rollos/caja
KMNHR-350200	350mm*200m	2 rollos/caja
KMNHR-400200	400mm*200m	2 rollos/caja
KMNHR-450200	450mm*200m	2 rollos/caja
KMNHR-500200	500 mm * 200 m	2 rollos/caja
KMNHR-600200	600 mm * 200 m	2 rollos/caja

NOTA: No hay un tamaño especificado para la bolsa plana termosellado y son he de acuerdo a clientes requisitos

FUNCIÓN E INFORMACION DESCRIPTIVA

Los carretes y bolsas planas de sellado térmico se utilizan para vapor, EO o FORM proceso de esterilización de artículos individuales; Las bobinas aseguran un embalaje con un alto contenidos tecnológicos de calidad para satisfacer las diferentes necesidades de embalaje en campos hospitalarios,

KMN Industrial Park, Jingshi Road,

Big Bridge Development Zone, Anqing, Anhui, China.

Tel:0086-556-5877098 Fax:0086-556-5555827 Web:www.kmnbz.com

Business is not for the best profits, but for the best partners!

dentales e industriales. la esterilización correcta es certificado, a las temperaturas correctas, por el cambio de colores de los indicadores: para la temperatura de esterilización con óxido de etileno es de 30 °C -54 °C y el color cambia de rosa a amarillo/marrón; para la esterilización por vapor, la temperatura es de 121 °C -132 °C y el color cambios de luz azul oscurecer gris negro; Para FORMA esterilización, la temperatura es de 60 °C -80 °C y el color cambia de rojo a verde. los carrete o bolsa pueden ser esterilizado solamente una vez porque eso es a Desechable embalaje de dispositivos médicos. Por lo tanto, deben desecharse porque no puede ser usado por a segundo esterilización ciclo.

INSTRUCCIÓN Y USOS

- 1) Corte el carrete o Seleccione la bolsa de acuerdo a la Talla de elementos a ser esterilizado y poner los artículos en eso.
- 2) Coloque el dispositivo de forma afilada y especial en la posición correcta para un pelado seguro cuando abierto.
- 3) Selle el carrete/bolsa con una máquina de termosellado, marque el registro de esterilización detalles para seguimiento.
- 4) Poner el sellado carrete/bolsa correctamente dentro vapor esterilizador o EO esterilizador.
- 5) Después de un ciclo de esterilización, verifique el cambio de color: Si la esterilización es realmente implementada, se volverá gris oscuro/negro desde el azul claro inicial bajo vapor esterilización. Para EO esterilización, el color vueltas amarillo/ marrón de inicial rosado.
- 6) Abra la tapa en la dirección impresa en el carrete y luego tome el esterilizado artículo fuera.

ADVERTENCIAS

- 1) Antes de iniciar el proceso de esterilización, verifique que el carrete/bolsa esté lleno hasta un máximo de 3/4 de su volumen para que los sellos no se obstruyan en el borde.
- 2) Cubra el extremo y las superficies cortantes de los instrumentos con protección.
- 3) Poner los instrumentos con la resolver a la apertura de carrete/bolsa.
- 4) Hacer no usar solvente sustancias en carrete/bolsa.
- 5) Las posibles impresiones deben escribirse en una etiqueta y pegarse en papel o película. lado; por favor, no escriba directamente en el carrete/bolsa y tenga el máximo cuidado para evitar la contaminación problema durante la usar.
- 6) Verifique cuidadosamente el peso de los instrumentos a esterilizar para evitar riesgos de rotura.



安庆康明纳包装有限公司

"A Trusted Name in Medical Packaging- Anqing Kangmingna Packaging Co., Ltd

Business is not for the best profits, but for the best partners!

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

- 1) Eso es prohibido usando el carrete/bolsa si eso es dañado.
- 2) las bobinas/ bolsas tener a evitar la luz de sol y almacenado en a seco lugar. el embalaje también debe ser administrado menos como posible y posee ser - estar mantuvo cerrado.
- 3) El carrete/bolsa debe usarse solo después de haber verificado que no haya polvo. su empaque y si es usado parcialmente, debe estar cerrado herméticamente en su plástico protección.

KMN Industrial Park, Jingshi Road,
Big Bridge Development Zone, Anqing, Anhui, China.
Tel:0086-556-5877098 Fax:0086-556-5555827 Web:www.kmnbz.com

Business is not for the best profits, but for the best partners!

esterilización, la temperatura es de 60 °C -80 °C y el color cambia de rojo a verde. los carrete o bolsa pueden ser esterilizado solamente una vez porque eso es a Desechable embalaje de dispositivos médicos. Por lo tanto, deben desecharse porque no puede ser usó por a segundo esterilización ciclo.

INSTRUCCIÓN& USOS

- 7) Corte la carrete o Seleccione la bolsa de acuerdo a a la Talla de elementos a ser esterilizado y poner la artículos en eso.
- 8) Coloque el dispositivo de forma afilada y especial en la posición correcta para un pelado seguro cuando abierto.
- 9) Selle el carrete/bolsa con una máquina de termosellado, marque el registro de esterilización detalles para seguimiento.
- 10) Poner la sellado carrete/bolsa correctamente dentro vapor esterilizador o EO esterilizador.
- 11) Después de un ciclo de esterilización, verifique el cambio de color: Si la esterilización es realmente implementado, se volverá gris oscuro/negro desde el azul claro inicial bajo vapor esterilización. Para EO esterilización, la color vueltas amarillo/ marrón de inicial rosado.
- 12) Abra la tapa en la dirección impresa en el carrete y luego tome la esterilizado artículos fuera.

ADVERTENCIAS

- 7) Antes de iniciar el proceso de esterilización, verifique que el carrete/bolsa esté lleno hasta un máximo de 3/4 de su volumen para que los sellos no se obstruyan en el bordes
- 8) Cubra el extremo y las superficies cortantes de los instrumentos con protección.
- 9) Poner la instrumentos con la resolver a la apertura de carrete/bolsa.
- 10) Hacer no usar solvente sustancias en carrete/bolsa.
- 11) Las posibles impresiones deben escribirse en una etiqueta y pegarse en papel o película. lado; por favor, no escriba directamente en el carrete/bolsa y tenga el máximo cuidado para evitar la contaminación problema durante la usar.
- 12) Verifique cuidadosamente el peso de los instrumentos a esterilizar para a evitar riesgos de rotura.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

- 4) Eso es prohibido usando la carrete/bolsa si eso es dañado.
- 5) los bobinas/ bolsas tener a evitar la luz de sol y almacenado en a seco lugar. lo embalaje también debe ser administrado menos como posible y posee ser - estar mantuvo cerrado.
- 6) El carrete/bolsa debe usarse solo después de haber verificado que no haya polvo. su empaque y si es usado parcialmente, debe estar cerrado herméticamente en su plástico protección.