



**VALVULA PARA DERIVACION DE LIQUIDO
CEFALORRAQUIDEO- BIOMED
MARCA BIOMED
Importador directo
Distribuidor autorizado**

Las válvulas de derivación de líquido cefalorraquídeo BIOMED, están indicadas para pacientes con diagnóstico de hidrocefalia en el caso que el implante de un sistema de derivación sea la conducta indicada.

Cuentan con un sistema ANTISIFON para mantener una presión fija sin importar la posición del paciente. Manejamos tres presentaciones: neonatal, pediátrica, adulto, en presiones baja, media y alta.

REGISTRO INVIMA No.: 2015DM-0003141-R1



Carrera 59 No. 75-121 - Telefax 605 3680100
Barranquilla – Colombia

Nombre del Dispositivo Médico / Medical Device Name:
VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO DIAFRAGMA
BIOMED'S CSF FLOW SHUNT VALVE – FLAT BASE

Contiene un dispositivo médico que incluye / Contains a medical device including:

- Una cámara o reservorio con mecanismo valvular con conectores integrados.
A chamber or reservoir with valve mechanism with integrated connectors.
- Un catéter cefálico o ventricular radiopaco de 15cm mínimo de longitud.
A ventricular or cephalic radiopaque catheter 15cm in length.
- Un catéter peritoneal de 85cm mínimo de longitud.
A peritoneal catheter 85cm in length.
- Un clip de polipropileno.
A polypropylene clip.
- Tres conectores rectos de 14mm de longitud.
Three straight connectors 14mm in length.

Aditamentos para su colocación / Attachments for placement:

- Un estilete de acero inoxidable.
A stainless steel stylet.

Material de fabricación / Raw material:

- Hule de silicón grado implante médico, polipropileno y acero inoxidable de uso médico.
Implant medical grade silicone rubber, polypropylene and medical grade stainless steel.

LIBRE DE PIRÓGENOS / PYROGEN FREE

NO SE GARANTIZA LA ESTERILIDAD DE ESTE PRODUCTO EN EL CASO EN QUE EL EMPAQUE TENGA SEÑALES DE RUPTURA PREVIA O AL TÉRMINO DE 5 AÑOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ESTERILIZACIÓN.

PRODUCT STERILITY IS NOT GUARANTEED IN THE CASE THAT THE PACKAGE HAS SIGNS OF PREVIOUSLY BROKEN OR 5 YEARS AFTER THE STERILIZATION DATE.


CONSERVESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

STORAGE IN A FRESH AND DRY PLACE.

PARA PRESERVAR LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ ABRIR EL ENVASE PRIMARIO INMEDIATAMENTE ANTES DE USARLO Y SOLAMENTE EN LA SALA DE CIRUGÍA. PARA RETIRAR EL PAPEL GRADO MÉDICO DEL ENVASE JALE SUAVEMENTE LA ETIQUETA "DESPEGUE AQUÍ" / "REMOVE HERE".

TO PRESERVE THE PRODUCT STERILITY, THE PRIMARY PACKAGE SHOULD BE OPENED IMMEDIATELY BEFORE USING AND ONLY IN THE SURGERY ROOM. TO REMOVE THE MEDICAL PAPER DEVELOPMENT OF THE CONTAINER PULL THE LABEL "DESPEGUE AQUÍ" / "REMOVE HERE".

VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
CSF FLOW SHUNT VALVE



BIOMÉDICA MEXICANA, SA DE CV
CALZADA ERMITA IZTAPALAPA No. 855
COLONIA SANTA ISABEL INDUSTRIAL
ALCALDÍA IZTAPALAPA, CP 09820
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

REG. No. 0044E80 SSA



MARCA REGISTRADA
TRADEMARK

CÓDIGO BIOMED
BIOMED'S CODE
VDTD - MA

SN 057
NS

