LOGO DE LA EMPRESA PRODUCTO O MOLECULA :

FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA DE REVISIÓN:

SECCIÓN Nº1: Identificación del producto y la compañía					
Nombre Comercial del Producto	T DE COBRE 380 A / COBRE- T 380 A				
Presentación Comercial	Caja por 1 dispositivo, Caja por 15 dispositivos				
Titular del Registro Sanitario	ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA "PROFAMILIA				
Vigencia del Registro Sanitario	2025/05/25				
CUM:	No aplica				
Código ATC:	No aplica				
Dirección del Titular del Registro	CALLE 34 No. 14-52 BOGOTA				
Teléfono del Titular del Registro	339 09 00				
Laboratorios Fabricantes	Dirección Teléfono JAI PHARMA LTDA (India) Dirección Teléfono				
Teléfono de emergencia en Colombia	339 09 00				
Fax					

SECCIÓN Nº2: Composición, Información sobre los componentes

Nombre Químico: No aplica

Fórmula Química: No aplica

Número CAS: No aplica

SECCIÓN Nº3: Identificación de los riesgos.

· Indicaciones: ANTICONCEPTIVO: REDUCE LA PROBABILIDAD DE EMBARAZO, EVITANDO LA FECUNDACION MEDIANTE LA LIBERACION CONTINUA DE COBRE

· Riesgos Generales: Ninguno

SECCIÓN Nº4: Medidas de Primeros Auxilios.

Inhalación: NO APLICA

·Contacto con la piel: NO APLICA

Ingestión: NO APLICA

·Contacto con los ojos: NO APLICA

HOJA DE SEGURIDAD

LOGO DE LA EMPRESA PRODUCTO O MOLECULA :

FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA DE REVISIÓN:

SECCIÓN Nº5: Medidas para lucha contra el fuego.

·Riesgos específicos: MATERIAL DE INFLAMABLE PUEDEN ALIMENTAR INCENDIOS/EXPLOSIONES

·Método especifico a emplear: Utilice dióxido de carbono, químicos secos o lluvia fina de agua.

Equipos de protección personal para el combate del fuego: Guantes y careta

SECCIÓN Nº6: Medidas para controlar derrames o fugas.

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del producto: Recoger con guantes y realizar limpieza terminal.

Equipo de protección personal para atacar la emergencia: GUANTES DESECHABLES

SECCIÓN Nº7: Manipulación y Almacenamiento.

Recomendaciones sobre manipulación segura:

Condiciones de almacenamiento: Almacene en lugar fresco y seco, recomendado por el País para dispositivos médicos.

Condiciones de almacenamiento: Temperatura inferior a 30°C,

SECCIÓN Nº8: Control de Exposición/Protección Especial.

- · **Medidas de higiene general**: Mantenga los dispositivos en lugar fresco y seco, y adecuadas normas de higiene para manipulación del dispositivo
- · Equipo de protección personal: · Protección Respiratoria: No aplica
- · Protección de manos: No aplica
- · Protección ocular: No aplica
- · Protección de la piel y cuerpo: No aplica

HOJA DE SEGURIDAD

LOGO DE LA EMPRESA PRODUCTO O MOLECULA :

FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA DE REVISIÓN:

SECCIÓN Nº9: Propiedades Físicas y Químicas.

·Estado Físico: dispositivo medico en estado solido

·Apariencia y olor: No aplica

PH a 20°C: No aplica

·Densidad: No aplica

·Punto de Ebullición: No aplica

·Punto de inflamabilidad: No aplica

SECCIÓN Nº10: Estabilidad y reactividad.

·Estabilidad: Estable a condiciones de almacenamiento recomendadas para su almacenamiento

·Productos de descomposición peligrosos: No aplica

Condiciones a evitar: Sustancias a evitar: No aplica

·Reactividad: No aplica

SECCIÓN Nº11: Información Toxicológica.

·El ensayo de irritación de la piel (humana): No irritable

Experiencia en el hombre: Dispositivo medico para uso humano

·Condiciones médicas generalmente agravadas por la exposición: no aplica

HOJA DE SEGURIDAD

LOGO DE LA EMPRESA PRODUCTO O MOLECULA :

SECCIÓN Nº16: Información Adicional.

FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA DE REVISIÓN:

SECCIÓN N°12: Información Ecológica. Efectos sobre el medio ambiente: después del uso disponer como residuo bilógico SECCIÓN N°13: Consideraciones sobre Disposición Final. después del uso disponer como residuo bilógico SECCIÓN N°14: Información sobre Transporte. Conservar las condiciones de almacenamiento SECCIÓN N°15: Información Reglamentaria