

## **FICHA TÉCNICA**

**Código Dispositivo: 8065128402**

**Nombre del Producto: BP CABLE 12FT SIL, IEC601**

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción del Dispositivo</b>                 | BP CABLE 12FT SIL, IEC601 es un cable bipolar que mide aproximadamente 12 pies de largo. Este cable transfiere energía eléctrica desde una fuente de suministro a instrumentos de coagulación bipolar (forceps o cepillos) |
| <b>Material con que está fabricado el producto</b> | Cable recubierto de silicona.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tipo de Esterilización</b>                      | El producto no es suministrado estéril.<br>El cable debe ser esterilizado por el usuario. Alcon recomienda como máximo 20 ciclos de esterilización vía autoclave.                                                          |
| <b>Presentación de Ventas</b>                      | Presentación con 1 unidades                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sitio de Manufactura</b>                        | Kirwan Surgical Products LLC.<br>180 Enterprise Drive, Marshfield, MA 02050, U.S.A.                                                                                                                                        |
| <b>Fabricante Legal</b>                            | Kirwan Surgical Products LLC.<br>180 Enterprise Drive, Marshfield, MA 02050, U.S.A.<br>(Este producto es fabricado para Alcon Laboratories Inc. USA)                                                                       |
| <b>Certificación de Calidad (FDA; UE, etc.)</b>    | FDA y UE                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Condiciones de Almacenamiento</b>               | No hay condiciones específicas de almacenamiento, sin embargo, se recomienda almacenar a no más de 30°C.                                                                                                                   |
| <b>Periodo de Eficacia (meses)</b>                 | No aplicable                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Material del Envase Primario</b>                | Información No disponible                                                                                                                                                                                                  |

| VERSIONES FICHA TÉCNICA             |             |                                          |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| PRODUCTO: BP CABLE 12FT SIL, IEC601 |             |                                          |
| CÓDIGO: 8065128402                  |             |                                          |
| VERSIÓN                             | FECHA       | DESCRIPCION DEL CAMBIO                   |
| 1.0                                 | 04-Nov-2020 | Creación de la ficha técnica versión 1.0 |
|                                     |             |                                          |
|                                     |             |                                          |

**Nombre y Firma del Autor del Documento:** Rodrigo Banda Araya