

FICHA TÉCNICA**Código Dispositivo: 8065750991****Nombre del Producto: 23 GA Straight Laser Probe w/ RFID**

Descripción del Dispositivo	Este consumible es utilizado para la aplicación de laser Intravítreo, foto coagulando la zona seleccionada por el Cirujano de Retina y Vítreo. Este Consumible es empleado en Cirugía de Retina y Vítreo.
Presentación de Ventas	Empaque individual.
Sitio de Manufactura	Alcon Laboratories Inc. 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099 USA
Fabricante Legal	Alcon Laboratories Inc. 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099 USA
Certificación de Calidad (FDA; UE, etc.)	FDA.
Condiciones de Almacenamiento	Temperatura no mayor a 30°C.
Periodo de Eficacia (meses)	36 meses

VERSIONES FICHA TÉCNICA



Ficha Técnica N°: 8065750991

Versión: 1.0

Fecha de Efectividad: 30/Mar/2022

PRODUCTO: 23 GA Straight Laser Probe w/ RFID		
CODE: 8065750991		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
1.0	30-Mar-2022	Creación ficha técnica versión 1.0

Nombre y Firma del Autor del Documento: Lina Guio