



Laboratorios Alcon de Colombia S.A
Calle 93 B N° 16-31. Piso 3 y 4.
Teléfono: T: (57) + 1 654 46 66
Bogotá D.C – Colombia.

HOJA DE SEGURIDAD

PRODUCTO O MOLECULA: PIEZA DE MANO DSP DE FLUJO INVERSO PUNTA ROMA (ADVANCED DSP BACKFLUSH SOFT TIP, 20 GA

SECCIÓN N°1: Identificación del producto y la compañía	
Nombre Comercial del Producto	PIEZA DE MANO DSP DE FLUJO INVERSO PUNTA ROMA (ADVANCED DSP BACKFLUSH SOFT TIP, 20 GA
Importador del producto	Laboratorios Alcon de Colombia
Dirección del Importador del Registro	Calle 93B N° 16-31
Teléfono del Importador del Registro	6544666
SECCIÓN N°2: Composición, Información sobre los componentes	
Nombre Químico: NA Fórmula Química: NA Número CAS: NA	
SECCIÓN N°3: Identificación de los riesgos.	
· Riesgo a la salud: I · Riesgos Generales: El insumo de la referencia no se asocia a riesgos para la salud siempre y cuando su uso se lleve a cabo por profesionales oftalmólogos o personas capacitadas en su manipulación.	



Laboratorios Alcon de Colombia S.A
Calle 93 B N° 16-31. Piso 3 y 4.
Teléfono: T: (57) + 1 654 46 66
Bogotá D.C – Colombia.

SECCIÓN N°4: Medidas de Primeros Auxilios.

·Inhalación: NA
·Contacto con la piel: NA
Ingestión: NA
·Contacto con los ojos: NA

SECCIÓN N°5: Medidas para lucha contra el fuego.

·Riesgos específicos: NA

·Método específico a emplear: NA

·Equipos de protección personal para el combate del fuego: NA

SECCIÓN N°6: Medidas para controlar derrames o fugas.

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del producto: NA

Equipo de protección personal para atacar la emergencia: NA

SECCIÓN N°7: Manipulación y Almacenamiento.



Laboratorios Alcon de Colombia S.A
Calle 93 B N° 16-31. Piso 3 y 4.
Teléfono: T: (57) + 1 654 46 66
Bogotá D.C – Colombia.

Recomendaciones sobre manipulación segura: Esta clase de implementos deben ser manipulados por profesionales oftalmólogos o personas capacitadas en su uso únicamente. Antes de cada uso se debe revisar cuidadosamente el funcionamiento correcto del instrumento y revisar que no se encuentre dañado o deteriorado.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar a temperaturas inferiores a 30°C.

SECCIÓN N°8: Control de Exposición/Protección Especial.

- **Medidas de higiene general:** Uso del instrumento siempre esterilizado
- **Equipo de protección personal:** · **Protección Respiratoria:** NA
- **Protección de manos:** Debe ser usado con guantes.
- **Protección ocular:** NA
- **Protección de la piel y cuerpo:** NA

SECCIÓN N°9: Propiedades Físicas y Químicas.

- **Estado Físico:** Material Sólido.
- **PH a 20°C :** NA
- **Densidad:** NA
- **Punto de Ebullición:** NA
- **Punto de inflamabilidad:** NA

SECCIÓN N°10: Estabilidad y reactividad.



Laboratorios Alcon de Colombia S.A
Calle 93 B N° 16-31. Piso 3 y 4.
Teléfono: T: (57) + 1 654 46 66
Bogotá D.C – Colombia.

·**Estabilidad:** NA

·**Productos de descomposición peligrosos:** NA

·**Condiciones a evitar:** ·**Sustancias a evitar:** NA

·**Reactividad:** NA

SECCIÓN N°11: Información Toxicológica.

·**El ensayo de irritación de la piel (humana):** NA

·**Experiencia en el hombre:** NA

·**Condiciones médicas generalmente agravadas por la exposición:** NA

SECCIÓN N°12: Información sobre Transporte.

-Mantener los instrumentos en su empaque original protegido de choques mecánicos que puedan dañar su integridad.

SECCIÓN N°13: Información Reglamentaria

Reg. San. No. INVIMA 2017DM-0001682-R1.