



Categoría de dispositivo:

TIJERAS PARA LAPAROSCOPIA

Revisión:

01

Fecha de vigencia:

10 de enero de 2023

Materiales aplicables:

Acero Quirúrgico Inoxidable - Serie AISI 301 y AISI 420

Estándares DIN aplicables:

1.4021, 1.4310

Normas Internacionales aplicables

ISO 9001, ISO 13485, ISO 14971, ISO 7153-1, DIRECTIVA
93/42/CEE

Instrucciones de uso:

- * Inspeccionar el dispositivo antes y después de cada uso para asegurar su funcionamiento adecuado.
- * Verificar la esterilidad del dispositivo antes de cada uso.
- * Enjuagar, limpiar y desinfectar el dispositivo inmediatamente después de su uso, con productos idóneos y con el PH adecuado. Evitar exposiciones continuas a soluciones ácidas o alcalinas.
- * Secar completamente el dispositivo después de enjuagar y limpiar.
- * Efectuar el procedimiento de esterilización y almacenaje.

Precauciones:

- * Para ser usado por personal idóneo.
- * Para ser usado únicamente para el propósito previsto.
- * No debe usarse si se presume un funcionamiento inadecuado o desgaste.
- * Manipular el dispositivo resguardando los trinquetes, las puntas y dientes si los tiene.

Presentación:

Empaque individual

Marca:

AMNOTEC®