

	FICHA TÉCNICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS FT-DV01-01 REV. 0	Rev. # 0
		Fecha de Vigencia: 2020-02-03

INFORMACIÓN GENERAL		
DISPOSITIVO	INSTRUMENTAL AUXILIAR	
MARCA	CONMED	
MODELO	V CARE	
REFERENCIA	60-6085-201	

DESCRIPCIÓN
• Registro sanitario: 2012DM-0001590-R1 Vence Septiembre 2022 • Clasificación de riesgo: IIA • Fabricante: CONMED CORPORATION CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA • Diseñado para la manipulación del utero y el cuello uterino en procedimientos quirúrgicos y diagnóstico • Mediano (34mm) Copa cervical • Globo inflable de 10 cc en el extremo distal para estabilizar el tubo manipulador dentro de la cavidad uterina • Recomendaciones de utilización de producto: Equipo de un solo uso • Precauciones: Examinar el producto, sobre todo la parte distal y los accesorios en cuanto a daños, cambios en la superficie, aristas vivas. Comprobar rótulos y las marcaciones necesarios para la aplicación segura y adecuada a su fin son bien legibles. Validar fecha de vencimiento del dispositivo. • Presentación: Unidad • Disposición final: Bajo los protocolos de desecho biológico del cliente

DATOS TÉCNICOS							
Voltaje (VAC)	N/A	Diametro (mm)	34	Desechable	☒	Reutilizable	☐
Frecuencia (Hz)	N/A	Longitud (mm)	N/A				

CONDICIONES DE SERVICIO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE	
Condiciones de servicio	10°C a 40°C, humedad relativa 30 % a 75 %, presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa
Condiciones de almacenamiento y transporte	menos 20°C a +60°C, humedad relativa 10 % a 90 %, presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa

METODO DE ESTERILIZACIÓN
No es esterilizable