

	FICHA TÉCNICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS FT-DV01-01 REV. 0	Rev. # 0
		Fecha de Vigencia: 2020-02-03

INFORMACIÓN GENERAL		
DISPOSITIVO	ELECTRODO	
MARCA	RICHARD WOLF	
MODELO	86782435	
REFERENCIA	86782435	

DESCRIPCIÓN
• Registro sanitario: 2019DM-0020357 • Clasificación de riesgo: IIA • Fabricante: Richard Wolf GmbH con domicilio en Alemania • Uso: Para el corte y coagulación de tejidos blandos • Para resectoscopios con sistema óptico de 30, 25, 12 grados • Monopolar • Para vaina 24 y 24/26 charr • Lazo de alambre 0.35 mm • Estabilizador gris oscuro • Horquilla amarillo • Electrodo de corte • Precauciones: Examinar el producto, sobre todo la parte distal, cambios en la superficie, aristas vivas. • Disposición final: Bajo los protocolos de desecho biológico del cliente.

DATOS TÉCNICOS							
Voltaje (VAC)	N/A	Dímetro (mm)	N/A	Desechable	☐	Reutilizable	☒
Frecuencia (Hz)	N/A	Longitud (mm)	N/A				

CONDICIONES DE SERVICIO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE	
Condiciones de servicio	10 C a 40 C, humedad relativa 30 % a 75 %, presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa
Condiciones de almacenamiento y transporte	- 20 C a +60 C, humedad relativa 10 % a 90 %, presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa

METODO DE ESTERILIZACIÓN
Esterilización de los productos con el método de prevacío fraccionado (según ISO13060/ISO17665) Tiempo de mantenimiento :4min a 134C + 4°C (273 F +7°F), 4 min a 132 C + 4°C (270 F +7°F) ' Tiempo de secado: 10-20min. ' Temperatura máxima de esterilización: 138 C

