

FICHA TÉCNICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS FT-DV01-01 REV. 0

Rev. # 0 Fecha de Vigencia: 2020-02-03

INFORMACIÓN GENERAL					
DISPOSITIVO	ELECTRODO				
MARCA	RICHARD WOLF				
MODELO	8422131	V			
REFERENCIA	8422131	•			

DESCRIPCIÓN					
• Registro sanitario: 2019DM-0020357					
Clasificación de riesgo: IIA					
Fabricante: Richard Wolf GmbH con domicilio en Alemania					
 Para resectoscopios con sistema optico de 4mm 30, 25, 12 grados 					
 Para vaina de 22 charr ◆ Para vaina de irrigación continua 25.5 charr 					
• Lazo de alambre 0.3 mm					
• Estabilizador					

DATOS TÉCNICOS							
Voltage (VAC)	N/A	Diametro (mm)	N/A	Desechable		Reutilizable	X
Frecuencia (Hz)	N/A	Longitud (mm)	N/A				

CONDICIONES DE SERVICIO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE				
Condiciones de servicio	10 C a 40 C, humedad relativa 30 % a 75 %, presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa			
Condiciones de almacenamiento y transporte	menos 20 C a +60 C, humedad relativa 10 % a 90 %, presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa			

METODO DE ESTERILIZACIÓN

Esterilización de los productos con el método de prevacío fraccionado (segúnISO13060/ISO17665) Tiempo de mantenimiento :4min a 134C + 4°C (273 F +7°F), 4 min a 132 C + 4°C (270 F +7°F) 'Tiempo de secado: 10-20min. 'Temperatura máxima de esterilización: 138 C











