




Ficha Técnica EQUIPO PERICRANEAL

Equipos - Origen: Colombia



INFORMACION DEL PRODUCTO

Nombre:	Equipos Pericraneales
Marca:	Medex
Material:	Plástico (PVC: cloruro de polivinilo) grado médico, atóxico, Libre de látex, biocompatible.
Color:	Ver propiedades físicas
Presentación:	Venta x unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

ASPECTOS GENERALES:

Equipo con aleta de color según calibre de la aguja, tubo de conexión, adaptador de conexión o embudo, tapón y aguja de acero inoxidable plástico con filo de faceta con protector.
El Equipo Pericraneal es un complemento del Equipo de Venodis, para pasar a través de él soluciones medicamentosas de aplicación intravenosa o toma de muestras.

Libre de látex:

Si: ☒

No: ☐

Estéril:

Si: ☒

No: ☐

Tamaño:

Ver propiedades físicas

Vigencia:

5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.

Almacenamiento:

Evitar exposición directa a los rayos del sol, lluvia, humedad, fuentes de calor y vapores
Almacenar en condiciones normales de temperatura
Temperatura: Min 10°C Max 30°C.
Humedad: Min 50% Max 70%.

Uso:

Toma de muestras de sangre de una vena de la mano o el pie o de una vena muy pequeña o frágil. También se usa cuando el ángulo de entrada de la aguja es difícil.

Empaque:

Empacados en unidades. Estéril.
Empaque primario: bolsa plástica por unidad (polietileno)
Empaque secundario: bolsa plástica por 25 unidades.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:

Si: ☒

No: ☐

Termoplástico:

Si: ☒

No: ☐

Atraumático:

Si: ☒

No: ☐

Hipoalergénico:

Si: ☒

No: ☐

Atóxico:

Si: ☒

No: ☐

Resistente:

Si: ☒

No: ☐

PARTE DEL DISPOSITIVO MÉDICO

- Tubo
- Aleta
- Aguja
- Embudo

COMPOSICIÓN

- Plástico (PVC: cloruro de polivinilo) grado médico
- Atóxico
- Libre de látex
- Biocompatible PVC atóxico
- Acero inoxidable

PRECAUCIONES / RESTRICCIONES:

- No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido
- Desechar el producto una vez utilizado.
- Un solo Uso
- Usar por personal calificado
- Estos dispositivos se desechan después de un único uso, siguiendo la normativa que rige de acuerdo a su naturaleza. Ya que se considera un residuo de tipo hospitalario, es considerado como residuo peligroso y su disposición debe realizarse de acuerdo normativa legal vigente.

PROPIEDADES FÍSICAS

Código	Talla (Fr)	Color	Calibre Aguja	Peso (gr)	Código de barras
PERI19	19	Crema	1,10mm	28,0	7707221291790
PERI20	20	Amarillo	0,90mm	31,0	7707221291806
PERI21	21	Verde	0,80mm	36,0	7707221291813
PERI23	23	Azul	0,70mm	39,0	7707221291837
PERI25	25	Naranja	0,50mm	43,0	7707221291851

CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485 - 2016 Calidad de Dispositivos médicos
- Certificación de Condiciones Sanitarias Dispositivos Médicos - Invima.

Información Registro Sanitario

Clasificación Riesgo	IIA
R.S. Colombia	2023DM-0027099
R.S. Perú	No aplica
R.S. Ecuador	No aplica
R.S. Bolivia	No aplica
R.S. Costa Rica	No aplica
R.S. El Salvador	No aplica
R.S. Nicaragua	No aplica



STERILE EO

Contáctenos:

Carrera 7 No. 155c - 20, Ofic. 3108 - Bogotá, D.C. - Colombia - PBX: +(57) 601 338 11 77

meditec@meditecsa.com - www.meditecsa.com

Nit.:860.038.579-7

