

	FICHA TÉCNICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS FT-DV01-01 REV. 0	Rev. # 0
		Fecha de Vigencia: 2020-02-03

INFORMACIÓN GENERAL		
DISPOSITIVO	ELECTRODO DE UN SOLO USO	
MARCA	RICHARD WOLF	
MODELO	46221333	
REFERENCIA	46221333	

DESCRIPCIÓN
• Registro sanitario: 2019DM-0020357 • Clasificación de riesgo: IIA • Fabricante: Richard Wolf GmbH con domicilio en Alemania • Para resectoscopios con sistema optico de 4mm 30, 25, 12 grados • Electrodo de corte, redonda • Vaina de irrigación continua 24.5 charr • Lazo de alambre 0.3 mm • Estabilizador

DATOS TÉCNICOS							
Voltage (VAC)	N/A	Diametro (mm)	N/A	Desechable	☒	Reutilizable	☐
Frecuencia (Hz)	N/A	Longitud (mm)	N/A				

CONDICIONES DE SERVICIO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE	
Condiciones de servicio	10 C a 40 C, humedad relativa 30 % a 75 %, presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa
Condiciones de almacenamiento y transporte	menos 20 C a +60 C, humedad relativa 10 % a 90 %, presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa

METODO DE ESTERILIZACIÓN
Dispositivo no esterilizable

