

	FICHA TÉCNICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS FT-DV01-01 REV. 0	Rev. # 0
		Fecha de Vigencia: 2020-02-03

INFORMACIÓN GENERAL		
DISPOSITIVO	ELECTRODO DE UN SOLO USO	
MARCA	RICHARD WOLF	
MODELO	46221313	
REFERENCIA	46221313	

DESCRIPCIÓN
• Registro sanitario: 2019DM-0020357 • Clasificación de riesgo: IIA • Fabricante: Richard Wolf GmbH con domicilio en Alemania • Uso: Para el corte y coagulación de tejidos blandos • Composición: 1.4301 - AISI 304 / 1.4310-AISI 301 • Para resectoscopios con sistema óptico de 4mm 30, 25, 12 grados • Electrodo de corte, redonda • Vaina de irrigación continua 24.5 charr • Lazo de alambre 0.3 mm • Estabilizador • Precauciones: Examinar el producto, sobre todo la parte distal, cambios en la superficie, aristas vivas. uso en un solo paciente. La reesterilización de los artículos de un solo uso con el propósito de volver a utilizarlos puede perjudicar y/o modificar las características del producto, poniendo en peligro al paciente, al usuario y a terceras personas. Al reesterilizar los productos de un solo uso, el usuario o la persona que realiza dicha reesterilización asume la responsabilidad por el producto. El fabricante, en este caso, ya no podrá asumir la responsabilidad por la seguridad y eficacia del producto. • Disposición final: Bajo los protocolos de desecho biológico del cliente.

DATOS TÉCNICOS							
Voltaje (VAC)	N/A	Dímetro (mm)	N/A	Desechable	☒	Reutilizable	☐
Frecuencia (Hz)	N/A	Longitud (mm)	N/A				

CONDICIONES DE SERVICIO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE	
Condiciones de servicio	10 C a 40 C, humedad relativa 30 % a 75 %, presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa
Condiciones de almacenamiento y transporte	- 20 C a +60 C, humedad relativa 10 % a 90 %, presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa

METODO DE ESTERILIZACIÓN
Dispositivo no esterilizable

