

	FICHA TÉCNICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS FT-DV01-01 REV. 0	Rev. # 0
		Fecha de Vigencia: 2020-02-03

INFORMACIÓN GENERAL		
DISPOSITIVO	ELECTRODO	
FABRICANTE	KLS MARTIN	
MODELO	MABS BEAM	
REFERENCIA	80-181-11-04	

DESCRIPCIÓN
• Registro sanitario: 2018EBC-0001412-R1 • Clasificación de riesgo: IIB • Uso: Corte y coagulación de tejido humano, para disección de tejido y control de hemorragia • Varilla aislada y rígida • Inyector de cerámica distal • Para cirugía abierta, punta de ignición resistente a altas temperaturas

DATOS TÉCNICOS							
Voltaje (VAC)	N/A	Diámetro (mm)	5	Desechable	☐	Reutilizable	☒
Frecuencia	N/A	Longitud (mm)	100				

CONDICIONES DE SERVICIO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE	
Condiciones de servicio	10°C a 40°C, humedad relativa 30 % a 75 %, presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa
Condiciones de almacenamiento y transporte	-25°C a +70°C, humedad relativa 10 % a 100 %, presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa

METODO DE ESTERILIZACIÓN
Esterilización de los productos con el método de prevacío fraccionado (según ISO13060/ISO17665) Tiempo de mantenimiento :4min a 134°C + 4°C (273°F +7°F), 4 min a 132°C + 4°C (270°F +7°F) ' Tiempo de secado: 10-20min. ' Temperatura máxima de esterilización: 138°C

