


 FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS		LOGÍSTICA G.B.FR.18 Versión 3 10/06/2021
Nombre Comercial del Producto :	PAPILOTOMO CURVO	
Nombre Técnico:	PAPILOTOMO / PAPLLLOTOMES- PAPILOTOMO	
Marca:	FUJIFILM / MEDWORK	
Modelo, referencia y/o Familia:	PAP1-D8-25-35	
Número Catalogo:	21-PAP1-D8-25-35	
Categoría de producto:	21	
Fabricante y País de Origen:	FUJIFILM MEDWORK GMBH con domicilio en ALEMANIA	
Registro Sanitario o Permiso de Comercialización:	2023DM-0026324	
Clasificación de Riesgo:	IIA	
Tipo de Dispositivo:	INVASIVO	
Vida Útil del Producto:	Un solo uso	
Producto Esteril o Limpio:	OXIDO ETILENO	
Almacenamiento:	menos 20° - 50° C	Foto del Producto
Descripción y características del Producto:	Los instrumentos de la serie PAP se utilizan para el sondeo transendoscópico de la papila, la obtención de imágenes del sistema de conductos.	
Composición:	PTFE (politetrafluoroetileno), Nitinol recubierto con PTFE / Pebax, Nitinol SE 508 oxidico, Silikon , Loctite	
Especificaciones técnicas:	Características: Micro-Tip+, monofilamento, rotable Long. Del alambre de corte: 25mm Long. de ø la punta: 4,2fr 5 mm Guía aceptada: 0.35"	
Usos y Aplicaciones: <u>(Incluir Principio de funcionamiento cuando se trate de Equipos)</u> <u>Ejemplo: mecánico, electrónico, etc.</u>	Para realización de esfinterotomía y también se puede utilizar para la inyección de medio de contraste.	
Accesorios Incluidos:	N/A	
Accesorios Adicionales:	N/A	
Especificaciones por tipo de producto	Interruptores – Relés - Disyuntores - conectores	
Tensión:	N/A	
<u>Estado del catalogo:</u>	NUEVO	
Nota: La información que se requiera adicional debido al tipo de dispositivo (Equipos Médicos, Dispositivos Médicos, Accesorios, Repuestos, consumibles) incluirla en el campo Información Importante , Los campos que no apliquen diligencian con la frase N/A.		