

FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS

LOGÍSTICA

G.B.FR.18
Versión 3
10/06/2021

Nombre Comercial del Producto :	BALON DE EXTRACION		
Nombre Técnico:	STONE EXTRACTIONS BALLONS/ BALON DE EXTRACCIÓN DE PIEDRAS		
Marca:	FUJIFILM / MEDWORK		
Modelo, referencia y/o Familia:	BAL1-C3-18-07-200-35		
Número Catalogo:	21-BAL1-C3-18-07-200-35		
Categoría de producto:	21		
Fabricante y Pais de Origen:	FUJIFILM MEDWORK GMBH con domicilio en ALEMANIA		
Registro Sanitario o Permiso de Comercialización:	2022DM-0026229		
Clasificación de Riesgo:	IIA		
Tipo de Dispositivo:	INVASIVO		
Vida Util del Producto:	Un solo uso		
Producto Esteril o Limpio:	OXIDO ETILENO		
Almacenamiento:	menos 20° - 50° C		
			Foto del Producto
Descripción y características del Producto:	Los instrumentos de la serie BAL se utilizan para la extracción endoscópica de cálculos y lodo de la bilis		
Composición:	Pebax, Rilsan besno, Bismuto, Riblene polietileno, Resina		
Especificaciones técnicas:	Características: Marca radicion distal, triple lúmene Diametro : 12-16mm" Long. de trabajo: 200 cm Minimo canal de trabajo: 2.8mm alambre guia: 0.35"		
Usos y Aplicaciones: <u>(Incluir Principio de funcionamiento cuando se trate de Equipos)</u> <u>Ejemplo: mecánico, electrónico, etc.</u>	sirven para la extracción endoscópica de cálculos y barro biliar del colédoco y del conducto biliar, así como para eliminar una oclusión del colédoco tras la aplicación de medio de contraste.		
Accesorios Incluidos:	N/A		
Accesorios Adicionales:	N/A		
Especificaciones por tipo de producto	Interruptores – Relés - Disyuntores - conectores		
Tensión:	N/A		
<u>Estado del catalogo:</u>	NUEVO		
Nota: La información que se requiera adicional debido al tipo de dispositivo (Equipos Médicos, Dispositivos Médicos, Accesorios, Repuestos, consumibles) incluirla en el campo Información Importante , Los campos que no apliquen diligencian con la frase N/A .			