

LÍNEA DEL PRODUCTO	Medico Quirurgico		
PRODUCTO	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN - NO ESTERIL, COLOR AZUL		
REFERENCIA	MEDIANO (M)	CÓDIGO IMCOLMEDICA	01003148-04
UNIDAD DE VENTA	CAJA X 100 UNIDADES		
REGISTRO SANITARIO	2020DM-0021840	MARCA / FABRICANTE	
PAÍS PROCEDENCIA		KRAMER	


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

USO DEL PRODUCTO	
CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- FABRICADOS 100% EN NITRILO (ACRYLONI-TRILE-BUTADINE) MATERIAL LIBRE DE LATEX Y RESIDUOS QUIMICOS - LIBRES DE TALCO - ERGONOMICOS - MAYOR CALIBRE - OPTIMA SENSIBILIDAD - AMBIDIESTROS - ALTA RESISTENCIA - COLOR AZUL - MANUFACTURADOS Y PROCESADOS EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ISO 9001 Y SISTEMA DE REGULACION DE CALIDAD CE, BS EN455	PESO (G): 5,0 +/- 0,5 (M) LONGITUD (MM): > 240, ANCHO: (MM) 95+-10 (M)
INSTRUCCIONES DE USO	ACCESORIOS
	0
RECOMENDACIONES DE CUIDADOS Y LIMPIEZA	DATOS TEMPERATURA
	RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO
ESPECIFICACIONES ADICIONALES	DATOS ELÉCTRICOS
	VOLTAJE CONSUMO ELÉCTRICO

ESPECIALISTA DEL PRODUCTO	SOPORTE COMERCIAL
 LAURA BUITRAGO (SOPORTE)  311 231 2966  soporte.comercial1@imcolmedica.com.co	  



