



**IMCOLMEDICA S.A.®**  
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS

## FICHA TÉCNICA

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE | Indicadores Biológicos de Lectura Rápida 3M™ Attest™ para Esterilizadores por Vapor |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|            |      |
|------------|------|
| REFERENCIA | 1291 |
|------------|------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| CÓDIGO IMCOLMEDICA | 01003369-37 |
|--------------------|-------------|

|              |    |
|--------------|----|
| MARCA / PAÍS | 3M |
|--------------|----|

### DESCRIPCIÓN PRODUCTO

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| UNIDAD DE VENTA | CAJA X 50 UNIDADES |
|-----------------|--------------------|

|     |                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USO | VERIFICACIÓN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON VAPOR (HOSPITALES , CLÍNICAS, CONSULTORIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS . |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS | <p>Indicador biológico de lectura rápida 3M™ Attest™ (plazo de lectura de 1 hora) para ciclos de esterilización por vapor por desplazamiento por gravedad a 132 °C.</p> <p>Los indicadores biológicos independientes reducen significativamente la posibilidad de contaminación, minimizando la probabilidad de falsos positivos y garantizando resultados más precisos. Los resultados se obtienen más rápido, lo que posibilita colocar en cuarentena cada carga y eliminar los retrasos del mercado.</p> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| REGISTRO INVIMA | 2016DM-0015349 |
|-----------------|----------------|

|                           |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | <p>Color del Producto Azul</p> <p>Método de esterilización Vapor</p> <p>Sistema de indicadores biológicos Rápido</p> <p>Uso del producto Monitoreo de Cargas</p> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |     |
|------------|-----|
| ACCESORIOS | N/A |
|------------|-----|

Calle 36 Nro. 15-42 Bogotá – Colombia **PBX Administrativo:** (571) 2889858 **Call Center** (571) 2871811

<https://ecomerce.webimcolmedica.com/>  
[www.imcolmedica.com.co](http://www.imcolmedica.com.co) - [info@imcolmedica.com.co](mailto:info@imcolmedica.com.co)

ULT. ACTUALIZACION 2020