

LÍNEA DEL PRODUCTO	Reactivo		
PRODUCTO	GLUCOMETRO VIVACHEK ECO		
REFERENCIA	VGM02-023	CÓDIGO IMCOLMEDICA	05010592-90
UNIDAD DE VENTA	UNIDAD		
REGISTRO SANITARIO	2019DM-0019261	MARCA / FABRICANTE	
PAÍS PROCEDENCIA		VIVACHEK ECO	


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
USO DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS

ES UN ENSAYO ENZIMÁTICO ELECTROQUÍMICA PARA LA DETECCIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR FRESCA DE LA YEMA DE LOS DEDOS, LA PALMA Y EL ANTEBRAZO. SE DESTINA PARA USO FUERA DEL CUERPO (DIAGNÓSTICO IN VITRO) POR PERSONAS CON DIABETES EN EL HOGAR Y LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN UN ENTORNO CLÍNICO, COMO AYUDA PARA SUPERVISAR LA EFICACIA DEL CONTROL DE LA DIABETES.+ ELIMINA LA INTERFERENCIA POR TEMPERATURA.+ VERIFICA EL POSIBLE DAÑO DE LA TIRA.+ VERIFICA EXPOSICIONES A HUMEDAD.+ ASEGURA EL TAMAÑO DE LA MUESTRA DE SANGRE.+ RESULTADO PRECISO.+ CÓDIGO DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 2 MINUTOS.MEMORIA: 300 MEMORIAS CON FECHA Y HORA.TAMAÑO DE MUESTRA: APROXIMADAMENTE 0.5 ULTIEMPO DE PRUEBA: APROXIMADAMENTE 5 SEGUNDOS.ALIMENTACIÓN: 1 PILA CR2032 DURACIÓN 12 MESES.RANGO DE PRUEBA:10-600 MG/DL(0.6-33.3 MMOL/L)TEMPERATURA DE OPERACION Y HUMEDAD:10°C-40°C(50°F-104°F) H.R. MENOR O IGUAL A 90 %.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

0

ACCESORIOS

0

INSTRUCCIONES DE USO
RECOMENDACIONES DE CUIDADOS Y LIMPIEZA
DATOS TEMPERATURA
RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO
DATOS ELÉCTRICOS
VOLTAJE CONSUMO ELÉCTRICO
ESPECIALISTA DEL PRODUCTO

IMCOLMEDICA S.A.	(601) 288 9858
info@imcolmedica.com.co	

SOPORTE COMERCIAL



