Baxter Regulatory Affairs

Ver Docs | Ver Imagenes | Ver Reg | Print View

Português | Español | English
Cerrar

Fecha: 24/12/2020
Hora: 8:54:46
Usuario: vargasj33

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

ID	PAIS SEDE	LINEA	GRUPO	TIPO DE PRODUCTO
	COLOMBIA	MEDICATION DELIVERY	USA / CANADA	DISPOSITIVO MEDICO

NOMBRE COMERCIAL:	REPEATER Pump Oral Liquid Tube Set with Male Luer Lock Outlet	**CÓDIGO:**	**H93813**
No. REGISTRO:	N/A	**FECHA VCTO:**	**30/12/2099**
No. EXPEDIENTE:	N/A	**FECHA RESOL.:**	**29/12/2099**
REF. TECNICA:	ISO 13485	**MARCA:**	PENDIENTE

TITULAR:	FABRICANTE:	PAIS ORIGEN:
PENDIENTE	BAXA CORPORATION	USA

COMPLEMENTO

NOMBRE GENERICO DE PRODUCTO:
Juego de Tubos Esteriles

PRINCIPIO ACTIVO COMPOSICION:
PVC (cloruro de polivinilo)

FORMA FARMACEUTICA:
N/A

INDICACIONES GENERALES DE USO:
Tubos flexibles con opciones múltiples de entrada y una salida con conector Luer macho. Use para transferir líquidos estériles de un envase a otro usando una bomba farmacéutica de Baxa.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:
Ninguna cuando se use como se describe en la información del producto.

PRESENTACION COMERCIAL:
Empaque individual

EMPAQUE PRIMARIO:

EMPAQUE SECUNDARIO:

EMBALAJE:
Caja corrugada

FACTOR DE EMBALAJE:
Caja por 10 unidades

VIDA UTIL:
36 meses

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar en un lugar fresco y seco

CONDICIONES ESPECIALES DE MANIPULACION:
El uso recomendado no debe exceder 24 horas. Arrojar a la basura si el empaque está dañado.

TIPO DE MEDICAMENTO:
N/A

CLASIFICACION DEL RIESGO:
N/A

INNOVADOR DE LA MOLECULA

CONDICION DE VENTA.
Venta bajo formula medica

SISTEMA DE CLASIFICACION ATC(DRUGS)– GMDN(DEVICE):
N/A

OBSERVACIONES:
NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO INVIMA

INFORMACION DE PROPIEDAD DE BAXTER-ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER REPRODUCIDO O DIVULGADO A OTROS SIN PREVIA AUTORIZACIóN DE
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE ASEGURARSE, QUE LA VERSIóN DEL DOCUMENTO ES LA VIGENTE PARA SU ADECUADO USO.