IMPORTANT: On-Premises SharePoint Retirement. Please decommission or move your On-Premise SP Site to the Microsoft O365 SharePoint Online environment, by Oct. 1, 2023. *Click here for more details.*



ID

Fecha: 13/2/2023 Hora: 11:36:1 Usuario: laram9

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

PAIS SEDELINEAGRUPOTIPO DE PRODUCTOCOLOMBIAMEDICATION DELIVERYLADISPOSITIVO MEDICO

 NOMBRE COMERCIAL:
 Equipo de extensión para catéter de calibre estándar en Y sin DEHP - ONE LINK
 CÓDIGO:
 7N8377

 No. REGISTRO:
 2022DM-0009391-R1
 FECHA VCTO:
 21/11/2032

 No. EXPEDIENTE:
 20056204
 FECHA RESOL.:
 21/11/2022

 REF. TECNICA:
 MARCA:
 BAXTER

TITULAR: FABRICANTE: PAIS ORIGEN:
LABORATORIOS BAXTER S.A. BAXTER HEALTHCARE OF PUERTO RICO REPUBLICA DOMINICANA

COMPLEMENTO

NOMBRE GENERICO DE PRODUCTO:

Conector intravenoso sin aquja

PRINCIPIO ACTIVO COMPOSICION:

Policarbonato de alto peso; poliester PVC(Polivinil -Cloruro)Polietileno de alta densidad.ABS,Acronitrilo Butadieno estireno, policarbonato; polietileno de baja densidad

FORMA FARMACEUTICA:

INDICACIONES GENERALES DE USO:

Se usa para un solo paciente con un equipo de acceso vascular para la administración de medicamentos y soluciones sin aguja.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:

·Para un solo uso, no reusar ·No use conectores one link con aguja o canulas.

PRESENTACION COMERCIAL:

Empaque Individual

EMPAQUE PRIMARIO:

Cada equipo viene en empaque individual peel pouch

EMPAQUE SECUNDARIO:

N/A

EMBALAJE:

Caja de carton corrugado

FACTOR DE EMBALAJE:

200 EA per box

VIDA UTIL:

5 años

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Temperatura ambiente

CONDICIONES ESPECIALES DE MANIPULACION:

N/A

TIPO DE MEDICAMENTO:

CLASIFICACION DEL RIESGO:

lla

INNOVADOR DE LA MOLECULA

CONDICION DE VENTA.

SISTEMA DE CLASIFICACION ATC(DRUGS)- GMDN(DEVICE):

OBSERVACIONES:

Adición de fabricante: BAXTER HEALTHCARE S.A.; con domicilio en carretera Sanchez km 18.5 parque industrial Itabo (Piisa) Haina, San Cristobal Dominican Republic.