

		FICHA TECNICA EQUIPOS BIOMEDICOS	
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
		NOMBRE DEL EQUIPO : BOMBA PARA LA TRANSFERENCIA DE FLUIDOS REPEATER PUMP	
		MODELO: H938099 / H938099R / H938099VTA	
		MARCA: BAXTER	
		FORMA DE ADQUISICION: COMODATO / VENTA	
		PROVEEDOR: LABORATORIOS BAXTER S.A.	
		DESCRIPCION: La Bomba Repeater, es una bomba peristáltica para la transferencia de fluidos, que facilita la distribución repetitiva de la dosificación de medicamentos y la reconstrucción en farmacias de hospitales.	
CARACTERISTICAS TECNICAS			
VOLTAJE	120 VAC	ALTO (cm)	24.8
AMPERAJE	3 AMP	ANCHO (cm)	21
POTENCIA	/	PROFUNDIDAD (cm)	32.4
FRECUENCIA	60 Hz	PESO (Kg)	10.95
BATERIAS	N/A	VIDA UTIL	MAYOR A 10 AÑOS, SEGÚN LO ESTIME EL FABRICANTE
OBSERVACIONES		PARA MAYOR DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO	
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE / OBSERVACIONES			
Mantenimiento: La Bomba Repeater no requiere de algún mantenimiento programado de acuerdo con los manuales de operación y definición del fabricante, las actividades de limpieza, verificación del funcionamiento y operación son diarias y están a cargo del operador del equipo. Limpieza de la Bomba: Consulte la sección de Limpieza del Manual de Operador para obtener más indicaciones. Use un detergente suave o alcohol isopropilico al 70% para limpiar el exterior. La lámina frontal u otros componentes pueden sufrir daño si agentes de limpieza fuertes o paños abrasivos son usados.		FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
		N/A	
		MANUALES Y DOCUMENTACION APLICABLE	
		MANUAL USUARIO	5300-0754
		PROCEDIMIENTOS	
REPARACION	TSLANT01003		
SERVICIO	CO360701053		
Nota. Con lo anterior se da conformidad a la normatividad y regulación local, en cuanto al mantenimiento de equipos biomédicos. Se establecen las recomendaciones del fabricante.			

*

INFORMACION DE PROPIEDAD DE BAXTER - CALI - COLOMBIA ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER REPRODUCIDO
O PUBLICADO A OTROS SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE BAXTER CALI - COLOMBIA