

Cables de luz de fibra óptica y adaptadores





Características

 Los cables de luz de fibra óptica y adaptadores se adaptan a diferentes medidas de artroscopios y laparoscopios.

Descripción:

- Gemini ® Universal 4mm: cable de luz de fibra óptica sin adaptador para uso con artroscopios Smith & Nephew de 4 mm y 2.7 mm
- Gemini ® Universal 5mm: cable de luz de fibra óptica sin adaptador para uso con cualquier tipo de artroscopios y laparoscopios
- Gemini ® Universal 6 mm: cable de luz de fibra óptica fijado a la fuente y adaptador de Smith & Nephew/Wolf ®. Para uso con laparoscopios de 10 mm. No usar con artroscopios o laparoscopios de 5.0 mm
- Gemini ® Universal 2 mm: cable de luz de fibra óptica con adaptador Smith & Nephew/Wolf ®. Para uso con artroscopios de 1.9 mm
- Adaptador Versitip de Instrumental ACMI ("AI) para guías de luz de 4.0 mm y 5.0 mm: diseñado para conectar cables de luz de fibra óptica Gemini ® Universal con endoscopios ACMI
- Adaptador Versitip de Instrumental Smith & Nephew/Wolf ®: diseñado para conectar cables de luz de fibra óptica Gemini ® Universal con endoscopios Wolf y Smith & Nephew
- Adaptador Versitip de Instrumental Storz ®/Olympus ®: diseñado para conectar cables de luz de fibra óptica Gemini ® Universal con endoscopios Storz u Olympus
- Adaptador Versitip de fuentes ACMI ("AS"): diseñado para conectar cables de luz de fibra óptica Gemini ® Universal con fuentes de luz ACMI. No usar con fuentes de luz Smith & Nephew

- Adaptador Versitip de fuentes Smith & Nephew/Wolf ("WS"): diseñado para conectar cables de luz óptica Gemini ® Universal con fuentes de luz Smith & Nephew o Wolf
- Adaptador Versitip de fuentes Olympus ("OS"): diseñado para conectar cables de luz óptica Gemini ® Universal con fuentes de luz Olympus. No usar con fuentes de luz Smith & Nephew
- Adaptador Versitip de fuentes Storz ("SS"): diseñado para conectar cables de luz óptica Gemini ® Universal con fuentes de luz Storz. Se puede usar con la fuente de luz Smith & Nephew 420XL

Indicaciones

Apropiado para ser utilizado en intervenciones quirúrgicas endoscópicas.

Composición

Fibra de vidrio y silicona.

Página 1 de 3 FT 03.19/3



Cables de luz de fibra óptica y adaptadores

Presentación

Código Producto	Descripción	
72204858	Cable de luz de fibra óptica Gemini ® Universal sin Adaptador naranja, 4.0 mm x 244 cm	
72204921	Cable de luz de fibra óptica Gemini ® Universal sin Adaptador naranja, 4.0 mm x 305 cm	
72204922	Cable de luz de fibra óptica Gemini ® Universal sin Adaptador naranja, 4.0 mm x 366 cm	No.
72204923	Cable de luz de fibra óptica Gemini ® Universal sin Adaptador naranja, 5.0 mm x 244 cm	
72204924	Cable de luz de fibra óptica Gemini ® Universal sin Adaptador naranja, 5.0 mm x 305 cm	
72204925	Cable de luz de fibra óptica Gemini ® Universal sin Adaptador naranja, 5.0 mm x 366 cm	
7208329	Cable de luz de fibra óptica Gemini ® Universal con Adaptadores, 6.0 mm x 305 cm	
72204926	Cable de luz de fibra óptica Gemini ® Universal con Adaptadores naranja, 2.0 mm x 244 cm	
2141	Adaptador Versitip de Instrumental ACMI ® ("AI") para guías de luz de 4.0 mm y 5.0 mm	of the construction
2146	Adaptador Versitip de Instrumental Smith & Nephew/Wolf ® ("WI")	
2143	Adaptador Versitip de Instrumental Store ®/Olympus ® ("SI")	
2142	Adaptador Versitip de fuentes ACMI ("AS")	
2147	Adaptador Versitip de fuentes Smith & Nephew/Wolf ("WS")	
2145	Adaptador Versitip de fuentes Olympus ("OS")	C V
2144	Adaptador Versitip de fuentes Storz ("SS")	
2140	CABLE FUENTE DE LUZ DYONICS 5MM X8FT	

Página 2 de 3 FT 03.19/3



Cables de luz de fibra óptica y adaptadores

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
				**
ON n° 0086		\wedge		Curith & Nieushaus in
CE n° CE506114	LATEX FREE	NON		Smith & Nephew Inc.
		STERILE		150 Minuteman Road
				Andover, MA 01810, USA
Clase CE				
				EC REP
'				Smith & Nephew Medical
				Limited
				101 Hessle Road
				Hull HU3 2BN UK
				Distribuidor
				Smith & Nephew, SAU
				ISO 9001

Leyenda símbolos

LATEX FREE No contiene látex



Fabricante



Producto no estéril

Representante autorizado

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com. www.smith-nephew.com

Página 3 de 3 FT 03.19/3