

MINITAC[◇] 2.0 Ti, anclaje para sutura.



Características

- **Anclaje fabricado en titanio**, material radio-opaco.
- **Anclaje autoterrajante**, no necesita agujero iniciador.
- **Control preciso de la profundidad**, facilita la fijación del hueso cortical.
- **Presentación en varias opciones:**
 - Anclaje con sutura ULTRABRAID talla 2-0 con agujas.

Descripción

Los anclajes para sutura MINITAC 2.0 constan de un anclaje con sutura no reabsorbible, con o sin agujas de acero inoxidable, precargadas en un dispositivo de inserción.

El anclaje se suministra esterilizado.

La versión con sutura ULTRABRAID requiere guía y brocas desechables en kit aparte (REF 72202040).

Composición

Anclaje: Aleación de titanio.

Sutura: Polietileno UHMW o poliéster (USP) trenzado. Dispositivo de inserción: Eje de acero inoxidable con mango de policarbonato y ABS.

Guía de perforación: Policarbonato.

Broca: Acero inoxidable.

Indicaciones

Los anclajes para sutura MINITAC Ti 2.0 están diseñados para la reconexión de tejido blando al hueso en las siguientes indicaciones:

- Pie y tobillo: reparación de hallux valgus, reconstrucción / reparación de inestabilidad lateral o medial, reconstrucción/reparación del tendón de Aquiles, reconstrucción en parte media del pie y reconstrucciones / reparaciones del ligamento / tendón metatarsiano.
- Codo, muñeca y mano: reconstrucciones de ligamento escafolunar, reconstrucciones del ligamento colateral cubital o radial, reparación de la epicondilitis lateral e inserción del tendón del Biceps.

Presentación

Código Producto	Descripción	Clase	
72202019	Anclaje MINITAC 2.0 Ti con sutura ULTRABRAID talla 2-0 con agujas	IIb	
72202040	Broca 1,8 mm y guía de perforación para uso con anclajes MINITAC 2.0mm (un solo uso)	IIa	

MINITAC[◇] 2.0 Ti, anclaje para sutura.

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 00356  Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008		72202019   72200795 7210303 72202040	 3 años  	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA  Smith & Nephew York Science Park Heslington, York. YO10 5DF. UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos



No contiene látex



Producto esterilizado por irradiación



No reutilizar



Fabricante



Producto esterilizado con óxido de etileno



Caducidad



No utilizar si el envase está abierto o dañado



Representante autorizado

Presentación

Empaque individual por caja

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con los procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o cortopunzante.

Apoyando a los profesionales de la salud por más de 150 años.

Smith&Nephew Colombia SAS
 Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá
 Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

Material exclusivo para médicos especialistas.
 Reg. San.: INVIMA 2009DM-0004255