

OBJETIVO 18mm AUTOCLAVABLE MULTIMODO



Características

- Diseñado específicamente para cabezal 470H Progressive Scan
- Ofrece el más amplio rango en lo que se refiere a métodos de esterilización. Resiste las condiciones del autoclave, Steris, así como óxido de etileno

Indicaciones

Para todo tipo de cirugía endoscópica y laparoscópica.

Presentación

Código Producto	Descripción
7210192	Objetivo 18mm autoclavable multimodo

OBJETIVO 18mm AUTOCLAVABLE MULTIMODO

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 CE nº CE506114 Clase CE I	LATEX FREE	NON STERILE		 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA EC REP Smith & Nephew Medical Limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos



No contiene látex



Representante autorizado



No utilizar si el envase está abierto o dañado



Producto no estéril



Fabricante

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Frutuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com, www.smith-nephew.com