



Medical Care Well S.A.S.

SERVICIOS PARA
LA SALUD

ESPECIALIZADOS EN VÍA AÉREA

FICHA TECNICA

CIRCUITO PARA ANESTESIA Y VENTILACION JACKSON REES

MARCA: HSINER

FABRICANTE: HSINER Co. Ltd.

PAIS DE ORIGEN: TAIWAN

REFERENCIA: 70171-1.0 L

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2019DM-0019492

FECHA DE VIGENCIA: 15/03/2029

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: IIA

VIDA UTIL: 3 AÑOS

NOMBRE COMERCIAL: CIRCUITO JACKSON REES CON BALON DE 1 LITRO

DESCRIPCIÓN: CIRCUITO DE ANESTESIA PARA TRANSPORTE O REANIMACION.

COMPOSICIÓN: Manguera corrugada de 60 cm, manguera de oxigeno de 2 mts. Y conectores todos en PVC libre de látex. Balón en látex de 1.0 litros. Válvula de exhalación y manómetro. Codo con puerto para capnografía.

PRESENTACIÓN: Unidad - Bolsa no estéril

METODO DE ESTERILIZACIÓN: N/A - Uso único por paciente.

INDICACIONES DE USO: Circuito de transporte. Tiene como función ventilar adecuadamente al paciente y administrar gases anestésicos. Antes de conectar al paciente asegúrese de su funcionamiento, presurice y confirme que no hayan fugas u oclusiones en el circuito.

PRECAUCIONES: Destinado a ser utilizado por personal que haya recibido un adecuado entrenamiento e instrucciones de personal médico calificado. Para obtener el mejor rendimiento, úselo dentro de los 3 años después de la fecha de fabricación.
No esterilice

CONTRAINDICACIONES: No utilizar si el envase presenta averías.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Lugar limpio, fresco y seco. Sin exposición directa al sol.
Rango de temperatura: De - 30°C a 50°C
Rango de Humedad relativa: < 85%

DISPOSICION FINAL: Se debe realizar según el protocolo interno de cada institución



Contacto: MEDICAL CARE WELL S.A.S
Carrera 25 No. 24B-35
Tel(601) 5163716
Bogotá - Colombia
Email:comercial@medicalcarewell.com