



Medical Care Well S.A.S.

SERVIMOS PARA
LA SALUD

ESPECIALIZADOS EN VÍA AÉREA

FICHA TECNICA

FILTRO HUMIDIFICADOR ANTIBACTERIAL



MARCA: NINGBO

FABRICANTE: NINGBO HUAKUN MEDICAL
EQUIPMENT Co. LTD.

PAIS DE ORIGEN: CHINA

REFERENCIA: B1

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2019DM-0020209

FECHA DE VIGENCIA: 26/07/2029

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: IIA

VIDA UTIL: 2 AÑOS

NOMBRE COMERCIAL: Filtro Humidificador Antibacterial Nariz de Camello Pediátrico

DESCRIPCIÓN

Dispositivo médico estéril que permite la mezcla entre humedad y calor, filtra bacterias y partículas que están por encima de 0.5 μm en el ventilador y la máquina de anestesia. Se combina con otros dispositivos como mascarar y circuitos de anestesia.

COMPOSICIÓN:

Materiales: Polipropileno (PP) - Papel Bibuloso y Poliuretano (PU). Estéril EO. Con puerto Luer. Alta eficiencia de filtración > 99.99%. Peso 20.6 gr. Mínimo Volúmen tidal 50 ml. Membrana Hidrofobo, electrostática que protege contra la contaminación cruzada.

PRESENTACIÓN: Unidad - Bolsa sellada Estéril EO

METODO DE ESTERILIZACIÓN: N/A - Uso único por paciente.

INDICACIONES DE USO: Uso clínico para la humedad y la filtración de gases respiratorios mecánicos de pacientes de UCI y anestesia.

PRECAUCIONES:

Destinado a ser utilizado por personal cualificado y capacitado.
El producto esta destinado a ser reemplazado por lo menos una vez cada 24 horas.

CONTRAINDICACIONES: No utilizar si el envase presenta averías.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Lugar limpio, fresco y seco. Sin exposición directa al sol.
Rango de temperatura: De - 15°C a 50°C
Rango de Humedad relativa: < 80%

DISPOSICION FINAL: Se debe realizar según el protocolo interno de cada institución

Contacto: MEDICAL CARE WELL S.A.S
Carrera 25 No. 24B-35
Tel(601) 5163716
Bogotá - Colombia
Email:comercial@medicalcarewell.com