

ESPECIFICACIONES TECNICAS LUZ DE AUTO-LUZ

Descripción


Los anoscopios desechables Self-LED-Light con luz LED incorporada están hechos de plástico y color transparente; Disponible en una variedad de tamaños para diferentes necesidades clínicas. La iluminación es proporcionada por una luz LED incorporada. Los anoscopios están disponibles en los siguientes modelos:

Los modelos **A.4018** y 4019 son anoscopios claros para un examen rectal claro y fácil. El modelo A.4021 es un anoscopio transparente de tamaño mediano para un examen rectal claro y fácil. Los modelos A.4022, A.4023.1 y A.4024.1 son anoscopios para examen y se utilizan en procedimientos quirúrgicos. Los anoscopios desechables Self-Led-Light son claros y transparentes para diversos procedimientos proctológicos. La iluminación es proporcionada por la luz LED incorporada

Uso previsto

Los anoscopios desechables Self-LED-Light están diseñados para examinar el esfínter anal y el ano para realizar diversos procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Partes



Composición Química

Cuerpo: Poliestireno

Obturador: Polietileno Alta Densidad

SAPI MED S.p.A. Sede legale e uffici/offices: Via della Chimica, 6 · Magazzino/Warehouse: Via dell'Automobile 29 · Zona Ind. D3 15121 Alessandria Italy · Tel. +39-0131-348109 · Fax +39-0131-348383



Especificaciones Generales

- Tubos perfectamente transparentes.
- Apariencia homogénea y suave.
- Completa ausencia de rebabas.
- Atraumatico.
- Iluminación perfecta con luz LED incorporada
- Cumplir con la norma técnica Europea 93/42/EU
- No estéril y desechable.
- Sin látex.

Especificaciones diferenciales

Codigo	Diametro del tubo (mm)	Longitud del Tubo (mm)
A.4018	18	56
A.4019	18	54
A.4021	21	70
A.4022	23	79
A.4023.1	23	88
A.4024.1	23	65

Vida Util 5 Años

Pruebas Biologicas

Prueba de Citotoxicidad: Cumple con UNI EN ISO 10993-5

Prueba de Inyección Intracutanea: Cumple con UNI EN ISO 10993

Prueba de Sensibilización : Cumple con UNI EN ISO 10993 Prueba de Toxicidad Química: Cumple con UNI EN ISO 10993

Biocompatibilidad: Cumple con los requisites de ISO10993.

Sra. Simona Michelon Gerente de Calidad SAPI MED S.p.A.