

 FICHA TECNICA CODIFICACION DE PRODUCTOS		
Nombre del Producto :	TIRAS GLUCOQUICK 1 x 50 und GOD	
Molécula y concentración :	N.A	
Forma farmaceutica:	N.A.	
Presentacion :	CAJA POR 50 UND CIAL	
Código Interno Procaps :	500000204	
Fabricante:	TAIDOC TECHNOLOGY CORP CON DOMICILIO EN TAIWAN	
Modalidad registro sanitario:	IMPORTAR Y VENDER	
Código CUM :	N.A.	
No. Registro INVIMA con fecha de vencimiento:	INVIMA 2021RD-0002052-R1 Vence: 2031/08/24	
Tiempo de vida útil del producto:	CINCO (5) AÑOS	
Ean 13	7703153029043	
Ean 14	N.A.	
ENVASE	Tipo	CONTENEDOR DE TIRILLAS
	Material	N.A
	Cantidad Contendida por Unidad Mínima de Despacho	50 UND
EMPAQUE	Tipo	CAJA PLEGADIZA
	Material	CARTON, ACABADO PLASTIFICADO BRILLANTE
	Cantidad Contendida	1 CONTENEDOR DE TIRILLAS POR 50 UND
	Descripción del largo del empaque	45 mm
	Descripción del ancho del empaque	40 mm
	Descripción del alto del empaque	60 mm
Peso	Peso neto	31,15 G
	Peso bruto	36,79 G
Unidad de Sub-empaque Corrugada	Unidades por corrugada	20 UND
El producto tiene IVA ?		
Condiciones especiales de almacenamiento:	ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO ENTRE 4°C Y 40°C (39°F Y 104°F) Y EN HUMEDAD RELATIVA INFERIOR AL 85% EN SU CONTENEDOR ORIGINAL	
Requiere Cadena de Frío ?	NO	
	Código ATC	N.A
	Sistema orgánico	N.A
	Grupo farmacológico	N.A
	Subgrupo farmacológico	N.A
	Subgrupo químico	N.A
Contraindicaciones y advertencias:	PARA USO DIAGNOSTICO IN VITRO (SOLO PARA USO EXTERNO). PARA USAR UNA SOLA VEZ. LOS PROFESIONALES DE CUIDADOS DE SALUD Y OTROS USUARIOS QUE EFECTUEN PRUEBAS A MULTIPLES PACIENTES CON ESTE SISTEMA DEBEN MANIPULAR MUY CUIDADOSAMENTE TODO ELEMENTO QUE ENTRE EN CONTACTO CON LA SANGRE HUMANA PARA PREVENIR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, ESTO INCLUYE OBJETOS SANITIZADOS. POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL INSERTO Y EL MANUAL DEL PROPIETARIO DEL DISPOSITIVO GLUCOQUICK ANTES DE UTILIZAR LA TIRILLA DE PRUEBA. UTILICE SOLAMENTE TIRILLAS DE PRUEBA GLUCOQUICK CON EL DISPOSITIVO GLUCOQUICK PARA OBTENER RESULTADOS CON EXACTITUD. LOS RESULTADOS PUEDEN SER INEXACTOS CUANDO SE SOMETE A PRUEBA EN PACIENTES CON PRESION SANGUINEA ANORMALMENTE BAJA, O PACIENTES EN SHOCK. RESULTADOS BAJOS PUEDEN SER INEXACTOS CUANDO SE SOMETE A PRUEBA CON PACIENTES EN ESTADO HIPER-GLICEMICO/HIPER-OSMOLAR, CON O SIN CETOSIS. POR FAVOR NO UTILIZAR EL DISPOSITIVO GLUCOQUICK EN PACIENTES CRITICAMENTE ENFERMOS. MANTENGA LAS TIRILLAS Y LANCETAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS. SI SE INGIEREN, CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL MEDICO	
Uso	DETERMINACION DE LOS ANALITOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANIZMO HUMANO	
Area	QUIMICA SANGUINEA	