

FICHA TÉCNICA. TUBO DE REEMPLAZO PARA GASTROSTOMÍA		Código – Referencia	
		*S-GRT-22	
		Edición	1
		Fecha	2021-12-13
Imagen			
Nombre	TUBO DE REEMPLAZO PARA GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA DE 22 FR,		
Marca	SHAILI ENDOSCOPY		
País de Fabricación	INDIA		
Registro INVIMA	2014DM-0011745		
Descripción	Se utiliza para el recambio de GASTROSTOMÍA percutánea, para proporcionar nutrición externa al paciente que requiere apoyo nutricional		
Materiales de Composición	Silicona,		
Características	*S-GRT-22		
Presentación	Empaque estéril sellado. 1. tubo de Reemplazo de silicona 22 Fr. 1. 12 ml. Jeringa con aguja. 1 manual de instrucciones.		
Tipo de Dispositivo	Descartable	X	Reusable
Almacenamiento	Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso		



	de objetos que afecten su integridad y su esterilidad.
Presentación	Individual. Unidad de empaque
Instrucciones de Uso	1. Alternativamente, los tubos de GASTROSTOMÍA pueden colocarse con la ayuda de un endoscopio, por la estoma verificando la medida de ubicación del balón luego con la jeringa que trae se infla, de baja el anillo de sujeción para lograr un ajuste en la pared abdominal, luego se verifica la permeabilidad del la sonda
Precauciones	Se recomienda el uso sólo por personal calificado.
Observaciones	Ninguna

