Ficha Técnica

Guantes de Vinilo





IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO		
Nombre:	Guantes de Vinilo para Examen.	
Marca:	M&H Care.	
Material:	Los Guantes de Vinilo M&H CARE son fabricados a partir de resina de Cloruro de Polivinilo. No contiene látex.	
Color:	Blanco, transparente y azul.	
Referencias	XS, S, M, L, XL.	
Presentación:	Caja interna x 100 unidades, caja máster x 1000 unidades.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Función:	Los Guantes de Vinilo M&H Care pueden ser utilizados como barrera de seguridad en procedimientos que no requieren condiciones asépticas. Especialmente indicados en personas alérgicas al látex.		
Estéril:	No.		
Tamaños:	Ver propiedades físicas.		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Manténgase en un lugar fresco y seco. No superar 30°C de temperatura.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		
Empaque:	Cartón.		
Clasificacion de Riesgo:	IIA.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				
Libre de Pirógenos:		Si: X No:	Seguro y Confortable:	Si: X No:
Flexibilidad:	Si: X No:	Resistente:	Si: X No: No Tóxico:	Si: X No:

PROPIED A DES FÍSICAS					
Largo Total (mm):	Todas las Tallas (Min 230 mm).	Instrucciones de Uso:			
Grosor (mm):	Todas las Tallas (0.08 mm) - Tolerancia (±0.02).				
Ancho de la palma (mm):	X\$: 75mm \$: 85mm M: 95mm L: 105mm XL: 115mm *Tolerancia (\$2).	 Lave las manos según la norma establecida. Retire un guante de la caja dispensadora. Identifique el dedo pulgar del guante e introduzca su mano de preferencia, hale el guante hasta quedar completamente ajustado. 			
Resistencia a la Ruptura (≥) min:	11 Mpa.	4. Tome un segundo guante y repita el procedimiento con la mano desprotegida.			
Elongación (%) min:	300.				

INFORMACIÓN CORPORATIVA				
CÓDIGO INTERNO	PRESENTACIONES	NO. DE REGISTRO SANITARIO INVIMA		
MH1008	Guante Vinilo S, 5.0g, PF, caja máster x 1000 unidades.	2016DM-0014675		
MH1009	Guante Vinilo M, 5.0g, PF, caja máster x 1000 unidades.	2016DM-0014675		
MH1010	Guante Vinilo L, 5.0g, PF, caja máster x 1000 unidades.	2016DM-0014675		

CERTIFICACIONES	CONTÁCTENOS	IMPORTADO POR
Este producto cuenta con las siguientes certificaciones: • ISO 13485 SGC Dispositivos Médicos.	Email: info@norstraynuart.com Teléfono: +57 (1) 295 66 16	Norstray Nuart S.A.S. Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1, Galapa, Colombia. www.norstraynuart.com