

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: FTM- 1983414		
Versión: 4.0		
Página 1 of 2		
Fecha de Emisión: 23-Mar-2017.		

Nombre del Producto:	NovoFine [®]		
Referencia:	31G x 6 mm		
Nombre genérico:	Agujas hipodermicas esteriles.		
Tipo de Dispositivo	Dispositivo médico invasivo		
Indicaciones y usos:	Agujas hipodérmicas estériles para uso único con sistemas desechables y durables de administración de medicamentos.		
Clasificación de Riesgo del Dispositivo	lla		
Componentes y Composición	Descripción del Material de las Agujas NovoFine®		
componentes y composición	Componente Material		
	1 Soporte de la aguja Polipropileno (PP)		
	2 Tapa Externa de la Polietileno de alta aguja densidad.		
	3 Tapa interna de la aguja Polietileno de baja densidad.		
	4 Papel de sellado/pestaña precinto de papel permeable a gases para la esterilización por óxido de etileno.		
	5 Pegante cánula al Adhesivo epóxico. soporte		
	6 Cánula Acero inoxidable		



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: FTM- 1983414

Versión: 4.0

Página 2 of 2

Fecha de Emisión: 23-Mar-2017.

	I		
Descripción de la cánula para las referencias comercializadas	Parámetro	Especificaciones.	
	Longitud de la aguja del paciente	6 mm	
	Diámetro externo de la parte cilíndrica de la	0.25mm (31 G) (Galgas)	
	aguja (Calibre) "A"	(31 d) (dalgas)	
	Diámetro interno de la aguja "B"	0.152 mm	
		A A	
Registro Sanitario	INVIMA 2017DM-0000198-R1		
Modalidad	Importar y Vender.		
Titular	Novo Nordisk A/S		
Domicilio	Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Dinamarca.		
Importador	Novo Nordisk Colombia S.A.S		
Domicilio	Bogotá, D.C., Colombia		
Fabricante legal	Novo Nordisk A/S		
Domicilio	Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Dinamarca.		
Fecha de Vencimiento del Registro Sanitario	18 de Agosto de 2016.		
Presentaciones Comerciales:	Caja por 100 agujas.		
Código de barras:	7709990220711		
Vida Útil	5 Años.		
	Agujas estériles para un solo uso. La esterilidad está		
Observaciones	garantizada si el sellado de las agujas está intacto.		
	No doblar ni dañar la aguja antes de su uso.		
	El producto cumple con las disposiciones de la Directiva		
	93/42/CEE de la CE relativa a los dispositivos médicos		
Información de Contacto	colombiasafety@novonordisk.com		

VoRA: