FICHA TÉCNICA DE ACONDICIONAMIENTO		
CODIGO DE FICHA	7200299	
EDICIÓN	3.0	



	EDICIÓN	3.0	TIOVO TIOTOISK	
1	NOMBRE COMERCIAL DE PRODUCTO NOVOFINE® 32G 4MM			
2	CÓDIGO DE PRODUCTO	7200299		
3	PRINCIPIO ACTIVO	32G x 4mm		
4	CONCENTRACIÓN	N/A		
5	VÍA DE ADMINISTRACIÓN	N/A		
6	FORMA FARMACÉUTICA	N/A		
7	PRESENTACIÓN COMERCIAL	CAJA POR 100 AGUJAS		
8	REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2017DM-0000198-R1		
9	VIDA ÚTIL	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN		
10	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	ONES DE ALMACENAMIENTO Almacenamiento menor a 3 meses (0°C a 40°C y Humedad menor a 75% RH) Almacenamiento mayor a 3 meses (0°C a 40°C y Humedad menor a 65% RH)		
11	CONDICIÓN DE VENTA	N/A		
12	CÓDIGO DE BARRAS	7709990267990		
13	B FRANJA VERDE MEDICAMENTO ESENCIAL NO			
14	PAÍS DE ORIGEN	DINAMARCA		
15	FABRICANTE	Nipro Medical Industries Ltd., Japón para Novo Nordisk A/S		
16	TITULAR	NOVO NORDISK A/S		
17	IMPORTADO POR	NOVO NORDISK COLOMBIA S.A.S.		
18	ACONDICIONAMIENTO REQUERIDO	NO		
	ARTES DEL MATERIAL DE EMPAQUE			
19	novofine® 32G 4 mm	novofine® 0.23/0.25×4 mn	0122	
	Use las agujas hipodérmicas de punta cónica como lo instruyó su profesional de la salud o como está descrito en las instrucciones de uso del dispositivo de inyección. Comprobar la esterilidada: la lengúleta de papel y la tapa exterior de la aguja deben estar intactas. No se debe utilizar una aguja doblada o dañada. Desechar las agujas y las tapas usadas de forma segura, por ejemplo, en un recipiente para objetos punzantes. El empaque es reciclable. Advertencia: Mantener las partes pequeñas fuera del alcance de los niños. Dispositivo médico. Deservado de la cance de los niños. Dispositivo médico. Prove Norodisk Colombia S.A.S. Bogota D.C. Reg. Sanitario: legal: novo Ardisk Ars. Bogota D.C. Reg. Sanitario: legal: novo Alle, 2880 Bigsverd, Dinamarca Novo Nordisk Ars. Dinamarca Novo Nordisk Ars. Patrièren (® de Novo Nordisk Ars.) Patrièren (® d			

		CONTROL DE CAMBIOS	
20	EDICIÓN	CAMBIOS REALIZADOS	FECHA EFECTIVA
	3.0	Actualización de ficha por cambio de artes.	29-jul-20

Elaborado por: María Fernanda Chávez Rodríguez (CZRF) 29-jul-2020