

	HOJA DE SEGURIDAD	
	HS-DT-013	
	LAPICES DE ELECTROCIRUGIA	
FECHA DE ELABORACIÓN:	FECHA DE REVISIÓN:	VERSION
22-05-2017	20/02/2023	3

SECCIÓN N°1: Identificación del producto y la compañía		
Nombre Comercial del Producto	LAPICES DE ELECTROCIRUGIA	
Presentación Comercial	Envase individual en grupos de 10, 20, 50, 100, 200, 300 y 400 unidades.	
Titular del Registro Sanitario	WELL MEDICINE PRODUCTS SAS	
Registro Sanitario	2017DM-0015804	
Vigencia del Registro Sanitario	01/07/2027	
CUM:	N/A	
Código ATC:	N/A	
Dirección del Titular del Registro	CARRERA 69 B 77 41, Las Ferias Bogota	
Teléfono del Titular del Registro	601-7033175	
Laboratorios Fabricantes	Dirección	Teléfono
	ZHEJIANG JINHUA HUATONG MEDICAL. Room 1905 Lianyin Building, No. 887Jiangcheng Road, Hangzhou, 31009, China.	Tel:0086-579-82314573
Teléfono de emergencia en Colombia	601-7033175	
Fax	N/A	

		HOJA DE SEGURIDAD	
		HS-DT-013	
		LAPICES DE ELECTROCIRUGIA	
FECHA DE ELABORACIÓN:	FECHA DE REVISIÓN:	VERSION	
22-05-2017	20/02/2023	3	

SECCIÓN N°2: Composición, Información sobre los componentes

Nombre Químico:

PVC-CLORURO DE POLIVINILO
POLIETILENO
ACERO INOXIDABLE

Fórmula Química:

N/A

Número CAS:

PVC 9002-86-2 / POLIETILENO 9002-88-4

SECCIÓN N°3: medidas primeros auxilios

- **Inhalación:** No aplica por ser sólido; en caso de incendio y/o combustión los humos producidos requieren ventilación y oxigenación si se presenta inhalación.
- **Contacto con la piel:** No hay riesgo bajo condiciones normales de uso.
- **Ingestión:** El producto es atóxico pero puede causar obstrucción del tracto digestivo en caso de ingestión accidental de sus partes, lo cual implicaría intervención médica.
- **Contacto con los ojos:** El producto bajo condiciones normales de uso y almacenamiento no produce volátiles o sustancias que afecten los ojos.

SECCIÓN N°4: Identificación de los riesgos.

· **Riesgo a la salud:** Puede causar heridas accidentales, una vez esté conectado a la fuente de energía eléctrica puede causar quemaduras.

· **Riesgos Generales:** Heridas involuntarias.

Precauciones: Corrosión cuando se expone a sustancias químicas o alcalinas. No debe exponerse a las siguientes sustancias químicas durante más de CUATRO HORAS: Cloruro de aluminio, cloruro de bario, bicloruro de mercurio, cloruro de calcio, ácido carbólico, sosa clorinada, ácido cítrico, solución de Darwin, cloruro ferroso, lisol, cloruro de mercurio, sales de mercurio, fenol, permanganato potasio, tiocianato potásico, hipoclorito sódico, agua destilada, cloruro estaño, ácido tartárico y las siguientes sustancias químicas no deben ser empleadas nunca con estos productos: hipoclorito de sodio, agua regia, agua destilada,

		HOJA DE SEGURIDAD
		HS-DT-013
		LAPICES DE ELECTROCIRUGIA
FECHA DE ELABORACIÓN:	FECHA DE REVISIÓN:	VERSION
22-05-2017	20/02/2023	3

cloruro férrico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y yodo.

SECCIÓN N°5: Medidas para lucha contra el fuego.

· **Riesgos específicos:** como consecuencia de una combustión y descomposición térmica, podría desprenderse cloruro de hidrógeno en estado gaseoso.

· **Método específico a emplear:** CO₂ , polvo polivalente. No usar agua

· **Equipos de protección personal para el combate del fuego:** ropa especial contra el calor, equipo de respiración autónomo, guantes, gafas de protección y botas

SECCIÓN N°6: Medidas para controlar derrames o fugas.

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del producto: N/A PRODUCTO SOLIDO

Equipo de protección personal para atacar la emergencia: N/A PRODUCTO SOLIDO

SECCIÓN N°7: Manipulación y Almacenamiento.

Recomendaciones sobre manipulación segura:

Manéjese con cuidado, producto delicado

Condiciones de almacenamiento:

Precauciones para prevenir fuego y explosiones: mantenerlo alejado de fuentes de ignición, no fumar.

Almacenaje:

Requerimientos de Almacenaje: No requiere condiciones especiales de almacenamiento.

Compatibilidad de Almacenaje: no hay medidas específicas.

		HOJA DE SEGURIDAD	
		HS-DT-013	
		LAPICES DE ELECTROCIRUGIA	
FECHA DE ELABORACIÓN:	FECHA DE REVISIÓN:	VERSION	
22-05-2017	20/02/2023	3	

SECCIÓN N°8: Control de Exposición/Protección Especial.

Medidas de higiene general: no son necesarias en condiciones normales

Equipo de protección personal: no son necesarias en condiciones normales

Protección Respiratoria: no son necesarias en condiciones normales

- **Protección de manos:** no son necesarias en condiciones normales
- **Protección ocular:** no son necesarias en condiciones normales
- **Protección de la piel y cuerpo:** no son necesarias en condiciones normales

SECCIÓN N°9: Propiedades Físicas y Químicas.

- **Estado Físico:** SOLIDO
- **Apariencia y olor:** lápiz plástico con punta de acero inoxidable, cable conector tipo universal, sin partículas extrañas y sin olor
- **PH a 20°C :** N/A
- **Densidad:** N N/A
- **Punto de Ebullición:** N/A
- **Punto de inflamabilidad:** N/A

SECCIÓN N°10: Estabilidad y reactividad.

- **Estabilidad:** N/A
- **Productos de descomposición peligrosos:** Al quemarse pueden que algunos de los componentes de este producto se descompongan, formando, entre otros, monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrocarburos no quemados. El humo puede contener

		HOJA DE SEGURIDAD	
		HS-DT-013	
		LAPICES DE ELECTROCIRUGIA	
FECHA DE ELABORACIÓN:	FECHA DE REVISIÓN:	VERSION	
22-05-2017	20/02/2023	3	

componentes tóxicos y/o irritantes no identificados.

·**Condiciones a evitar:** ·**Sustancias a evitar:** N/A

·**Reactividad:** N/A

SECCIÓN N°11: Información Toxicológica.

·**El ensayo de irritación de la piel (humana):** N/A

·**Experiencia en el hombre:** N/A

·**Condiciones médicas generalmente agravadas por la exposición:** N/A

SECCIÓN N°12: Información Ecológica.

Efectos sobre el medio ambiente:

Efectos Ecotóxicos: No se dispone de datos. No desechar junto con residuos domésticos.

SECCIÓN N°13: Consideraciones sobre Disposición Final.

Recomendación: No desechar junto con las basuras domésticas, separarlo y enviarlos a los operadores para disposición final autorizados

Embalaje Contaminado Recomendación: Eliminación según las regulaciones de las autoridades locales.

SECCIÓN N°14: Información sobre Transporte.

Manéjese con cuidado para no afectar la integridad del empaque del producto estéril
Manipúlese en contenedores, no envíe unidades sueltas fuera de un contenedor ya que se puede romper el empaque unitario del producto

		HOJA DE SEGURIDAD	
		HS-DT-013	
		LAPICES DE ELECTROCIRUGIA	
FECHA DE ELABORACIÓN:	FECHA DE REVISIÓN:	VERSION	
22-05-2017	20/02/2023	3	

SECCIÓN N°15: Información Reglamentaria

Cumple Decreto 4725 de 2005, Resolución 4002 de 2007

SECCIÓN N°16: Información Adicional.

