CarsonPharma Comprometidos con tu bienestar	FICHA TÉCNICA			CODIGO FT-51
	FECHA DE ELABORACIÓN 29/02/2024	FECHA DE VENCIMIENTO 29/02/2027	VERSIÓN 02	PÁGINA 1 DE 1
		INFORMACIÓN GENERA	AL	
NOMBRE COMERCIAL		PINZA COLOSTOMIA		
NOMBRE GENÉRICO	PINZA PARA BOLSA DE OSTOMÍA			
VIDA ÚTIL	3 AÑOS			F
TIPO DE PRODUCTO	Dispositivo Medico			
REGISTRO INVIMA	2021DM-0022785			
VIGENCIA DE REGISTRO	3 AÑOS Dispositivo Medico 2021DM-0022785			
INVIMA	8/01/2031 JIANGSU OSTUP MEDICAL PRODUCTS CO., LTD			
FABRICANTE TITULAR	CARSON PHARMA COLOMBIA S.A.S			
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	Tipo I			
DESCRIPCIÓN	Pinza o cierres de cola Recta que aseguran el final abierto de las bolsas drenables para ostomías			
MODO DE USO	Para colocar la pinza a la bolsa se recomienda: - Abrir la pinza, hacer un doblez de 4cms en la parte distal de la bolsa drenable para introducir la barra delgada de la pinza. - Verificar que el plástico de la bolsa no quede con pliegues. Presionar la barra superior de la pinza contra la barra delgada. - Para asegurar el cierre hermético de la pinza solo se le debe hacer un doblez a la bolsa. - La pinza se puede retirar y volver a colocar las veces que sea necesario.			
COMPOSICIÓN	Polipropileno		TASA DE FLUJO	N/A
INSPECCIONES FISICAS	Seguridad: El cierre hermético de la pinza proporciona un ajuste seguro. Click audible: Permite saber que se ha realizado el ajuste perfecto. Resistencia: La pinza esta elaborada en un plástico resistente al peso de la bolsa y a la manipulación frecuente.			
CARACTERISTICAS	Sistema de cierre: Las bolsas drenables para ostomía de OstupMed, cuentan con tres tipos de cierre, mediante pinza, velcro o válvula. Material: Polipropileno			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	10 Unidades			
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a Temperatura entre 15° a 30°C			
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	9.5cm x 1.5cm Color: Piel Peso: 15g			
UNIDAD MINIMA DE EMPAQUE	10 Unidades			
UNIDAD DE EMBALAJE	2000 Unidades Caja master alto x 30 cm, largo 34 cm, ancho 23 cm.			
CODIGO DE BARRA	7708375623390			
Elaborado por: Daniela Noriega		Revisado por: Yasser Yepes		Aprobado: Elizabeth Guerrero
Cargo: Jefe de calidad		Cargo: Director Tecnico		Cargo: Direccion Administrativa
Fecha: 29/02/24		Fecha: 29/02/24		Fecha: 29/02/24
	Cambios al estandar anterior			
Codigo y version anterior	Cambios Fecha de cambio			
		Actualizaciór	n Formato	29/02/2024