

Prevena incisión Dressing Prevena Peel And Place 13 cms

Marca: KCI VAC

Fabricante: KCI INC

Registro Invima: 2017DM-0016167

Material de elaboración:

- Apósito de poliuretano grado médico, estéril hidrófobo
- Una capa en tela de poliéster de interfaz con plata iónica al 0.019%.
- Una lámina de poliuretano con adhesivo acrílico transparente
- Una hoja de tiras transparentes adhesiva, Tegaderm 3M
- Adaptador Plástico



Clasificación del riesgo: clase: IIb

Método de Esterilización: Rayos Gamma

Número Reúsos recomendados: 0

Presentación: Dressing Unidad estéril

Contenido del Sobre : -Un apósito de poliuretano grado médico, estéril hidrófobo, con poros totalmente interconectados de 400 a 600 micras de color violeta de 13 cms

-Un apósito con indicador de presión integrado que al deprimirse muestra que la presión negativa en el sistema está entre - 75mmHg a -125mmHg y al estar levantado muestra que la presión negativa es menor de 75mmHg. Integrado al apósito se encuentra una película de poliuretano externa impermeable a microorganismos cubriendo completamente.

-Una capa en tela de poliéster de interfaz con plata iónica al 0.019% para la prevención de la colonización de la incisión.

-Una lámina de poliuretano con adhesivo acrílico transparente que hace que el apósito se adhiera a la piel que rodea la incisión

-Una hoja de tiras transparentes adhesiva, Tegaderm 3M de dimensiones totales de lámina 35.5 cm x 19 cm con láminas desprendibles en su interior de dos medidas; cuatro de 3.8 cm x 17.8 cm y dos de 17.8 cm x 10.1 cm

-Un adaptador que permite el uso con las Unidades de VAC THERAPY

Indicaciones de uso: indicado para manejar el entorno de heridas quirúrgicas cerradas y la piel intacta circundante en pacientes con riesgo de desarrollar complicaciones posoperatorias, como infección, La capa de interfaz entre la piel del Apósito para Incisiones Prevena con plata reduce la colonización microbiana en la tela.

El Sistema de Terapia Prevena se aplica inmediatamente después de una cirugía (es decir, en un campo estéril) en incisiones cerradas limpias durante un mínimo de 2 días y un máximo de 7 días.

Recomendaciones:

El apósito puede usarse con la Unidad de Terapia Prevena™ 125. El Conector V.A.C.® que viene en el apósito también permite a los médicos usar este apósito con otras Unidades de Terapia V.A.C.®

Precauciones: La terapia Prevena™ NO será efectiva en caso que surja alguna complicación asociada a las siguientes circunstancias:

- Isquemia de la incisión o del área de incisión
- Infección sin tratar o tratada de forma inadecuada
- Hemostásis insuficiente de la incisión
- Celulitis en el área de incisión

Evite aplicar circunferencialmente el apósito Prevena. En aquellos casos en que el facultativo determine que las ventajas de aplicar circunferencialmente el apósito Prevena superan los riesgos de insuficiencia circulatoria, deberán extremarse las precauciones para no estirar o tirar el apósito al asegurarlo.

Disposición final: Residuos peligrosos: Riesgo biológico biosanitario

Contraindicaciones: La única contraindicación es la sensibilidad a la plata debido a que está presente en la capa de interfaz con la piel, aunque la concentración es muy baja (0.019%).

Modo de Acción:

La Terapia Prevena puede alterar favorablemente el entorno biomecánico del área de la incisión. El aumento en la aposición de tejido y la disminución de la tensión en la incisión también puede permitir un mejor flujo de fluido. Esto puede ser debido a que el flujo en los capilares, intersticio y linfa es modulado por el entorno biomecánico de la matriz extracelular. Al aliviar la tensión del tejido y redistribuir la tensión de manera más uniforme (similar al tejido natural), los vasos pueden permanecer abiertos y menos contraídos, apoyando el flujo linfático y la reducción del edema, y la reducción de la inflamación, la cual en última instancia facilita la cicatrización de la incisión cerrada.

